



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS INSTRUMENTALES DE LA MARCA "AGILENT" INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SITO EN DERIO (BIZKAIA)

En el contrato de mantenimiento se deben incluir los equipos y especificaciones que se detallan en este documento y los indicados en el Anexo I.

1.- INSTRUMENTOS Y APARATOS OBJETO DE MANTENIMIENTO

Los instrumentos y aparatos objeto de conservación y mantenimiento serán los enumerados en el Anexo PCT I del presente pliego.

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mediante el servicio de mantenimiento se pretende que el instrumental y el aparataje existente en los Laboratorios de Salud Pública del Departamento de Salud se mantenga en las adecuadas condiciones técnicas de funcionamiento durante la vida útil estimada de los mismos, y que dado el grado de fiabilidad que deben reunir los resultados obtenidos es preciso asegurar en todo momento un correcto funcionamiento de dicho equipo.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANTENIMIENTO

3.1.- La prestación del servicio consistirá en revisiones preventivas, cuya frecuencia está marcada en el anexo I, en las que se comprobarán las prestaciones de los equipos y se lleven a cabo los ajustes, limpieza y comprobación de todos los sistemas de acuerdo con las normas particulares de cada equipo.

3.2.- Además de las revisiones preventivas se llevarán también a cabo las revisiones correctivas necesarias, en las que se procederá al cambio o sustitución gratuita de las piezas que presenten síntomas de desgaste, rotura que aparecen descritas en el anexo I

3.3.- La mano de obra necesaria para las revisiones, tanto preventivas como correctivas, quedará incluida en el servicio de mantenimiento, así como para la instalación de las piezas incluidas en el mismo.

3.4.- Respecto de las visitas realizadas con finalidad de revisiones correctivas deberán efectuarse preferentemente dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la correspondiente comunicación.

3.5.- Igualmente se incluirán los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de las visitas que sea necesario efectuar para el mantenimiento operativo de los equipos, así como los originados por las llamadas por avería.

3.6.- La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se realizará preferentemente durante la jornada laboral, que será de 8,30 a 13,30 horas y de 15 a 17 horas, excepto los meses de mayo a septiembre que será de 8,30 a 14,30 horas.



3.7.- El personal que realice las operaciones descritas con anterioridad, deberá de contar con la cualificación necesaria para la prestación de los servicios a contratar mediante este expediente.

3.8.- En el caso de avería o rotura del equipamiento a mantener causado por un mantenimiento mal efectuado o manipulación incorrecta por parte del contratista, será éste el que deberá proceder a la reparación del equipamiento averiado sin que esta suponga coste alguno a la administración contratante.

4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

4.1.- Se deberá de aportar documentación en la que la empresa se comprometa a que el material utilizado en el recambio y repuesto, consista en piezas originales pertenecientes al modelo y marca del equipo mantenido o reparado.



DERIOKO (BIZKAIA) OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIAN INSTALATUTAKO "AGILENT" MARKAKO BI EKIPO INSTRUMENTALEN MANTENTZE-LANEI BURUZKO BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA

Mantentze-lanen kontratuan dokumentu honetan eta I. eranskinean zehazten diren ekipoak eta zehaztapenak sartu behar dira.

1.- MANTENTZE-LANEN XEDE DIREN TRESNAK ETA APARATUAK

Kontserbatu eta mantendu beharreko tresnak eta aparatuak plegu honetako PCT I eranskinean zerrendatutakoak izango dira.

2.- MANTENTZE ZERBITZUAREN HELBURUA

Mantentze zerbitzuaren helburua da Osasun Saileko Osasun Publikoko Laborategietan dauden tresnak eta tresneria funtzionamendu-baldintza tekniko egokietan mantentzea haien balio-bizitzan zehar, eta lortutako emaitzek izan behar duten fidagarritasun-maila kontuan hartuta, beharrezkoa dela une oro ekipo horren funtzionamendu egokia ziurtatzea.

3.- MANTENTZE LANEN EZAUGARRI OROKORRAK

- 3.1.- Zerbitzua prebentziozko berrikuspenak egingo dira, I. eranskinean adierazitako maiztasunarekin. Berrikuspen horietan, ekipoen prestazioak egiaztatuko dira, eta sistema guztiak doitu, garbitu eta egiaztatuko dira, ekipo bakoitzaren arau berezien arabera.
- 3.2.- Prebentziozko berrikuspenez gain, beharrezkoak diren berrikuspen zuzentzaileak ere egingo dira, eta horietan higadura-sintomak dituzten piezak aldatu edo dohainik ordeztuko dira (I. eranskinean deskribatuta daude).
- 3.3.- Ikuskapenak, prebentziozkoak zein zuzentzaileak, egiteko behar den eskulana mantentze-zerbitzuan sartuko da, bai eta bertan sartutako piezak instalatzeko ere.
- 3.4.- Azterketa zuzentzaileak egiteko bisitei dagokienez, ahal dela, 72 orduko epean egin beharko dira, dagokion jakinarazpenetik zenbatzen hasita.
- 3.5.- Era berean, ekipoen mantentze-lan operatiboetarako egin behar diren bisitek eragindako joan-etorrien eta egonaldien gastuak ere sartuko dira, baita matxuragatiko deiek sortutakoak ere.

- 3.6.- Kontratazio honen xede diren zerbitzuak, ahal dela, lanaldian emango dira, 8: 30etik 13: 30era eta 15: 00etatik 17: 00etara, maiatzetik irailera bitartean izan ezik, orduan 8: 30etik 14: 30era izango baita.
- 3.7.- Arestian deskribatutako eragiketak egiten dituzten langileek espediente honen bidez kontratatu beharreko zerbitzuak emateko beharrezko kualifikazioa izan beharko dute.
- 3.8.- Mantendu beharreko ekipamenduaren matxuraren edo hausturaren kasuan, kontratistak gaizki egindako mantentze-lanen edo manipulazio desegokiaren ondorioz, kontratistak berak konpondu beharko du aurkitutako ekipamendua, administrazio kontratatzaileari inolako kosturik eragin gabe.

4.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

- 4.1.- Dokumentazio bat aurkeztu beharko da, eta, bertan, enpresak konpromisoa hartu beharko du ordezeko eta ordezeko piezetan erabilitako materiala mantendutako edo konpondutako ekipoaren modeloko eta markako pieza originalak direla.

ANEXO I - BIZKAIA

Lote 1

ICPMS 7800

	Equipo	Nº de serie	Características del contrato aplicable a todo el sistema
9499225M013	MS40 with AVF Platinum and new oil-drain		Contrato protección total con Mantenimiento Preventivo. Incluye:
G8410A	SPS 4 Autosampler	IT20345001	1 Revisión preventiva del sistema completo por año
G8411A	ISIS 3 for Agilent 7900 ICP-MS	AU19497831	Las piezas sustituidas en el mantenimiento preventivo
G3292A	PSC 6106T Chiller	SG20330126	Verificación funcional del sistema
G8421A	Agilent 7800 ICP-MS	2004-00904	Horas de servicio técnico y mantenimiento en caso de avería incluido el viaje del personal necesario para la reparación
		SG20345390	
G7201C	ICP-MS MassHunter SW only (excludes PC)	USH4495477	Mantenimiento y actualización del firmware
			Piezas
			Calibración del instrumento para garantizar sus especificaciones
			Actualización del firmware/revisión

Lote 2

SISTEMA TD-GC/MS CDA ANALYTICAL

GCQTOF

	Equipo	Nº de serie	Características del contrato aplicable a todo el sistema
G7250-80015	NEW-GCMS IDP-15 Scroll Pump, New	MY1940SA14	Contrato protección total con Mantenimiento Preventivo. Incluye:
G3540A	Agilent 8890 GC System Custom	CN1948A057	2 Revisiones preventivas del sistema completo por año
G4513A	7693A Autoinjector	CN19450046	Las piezas sustituidas en los mantenimientos preventivos
G4514A	7693A Tray, 150 Vial	CN19470079	Actualización del firmware/revisión
G7250A	7250A GC/Q-TOF Bundle	US2014E301	Verificación funcional del sistema/revisión
G6845AA	Wty Track MassHunter Wkstn GC/MS SW	H5A8613487	Horas de servicio técnico y mantenimiento en caso de avería incluido el viaje del personal necesario para la reparación
			Piezas

