

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS ANTI-CONTAMINACIÓN PARA LA OSI DEBAGOIENA

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego es la definición de las características técnicas de aplicación en la licitación de la adquisición de ALFOMBRAS ANTI-CONTAMINACIÓN de instalación permanente para la OSI Debagoiena, con el fin de reducir la infección nosocomial debido a la entrada de patógenos infecciosos por vía pedestre y aérea.

Las áreas y superficies son las siguientes:

BLOQUE QUIRÚRGICO

- Superficie a cubrir 14 metros

ZONA FARMACIA

- Superficie a cubrir 14 metros

ZONA URPA

- Superficie a cubrir 4 metros
-

2. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, cuando proceda, mediante la oportuna documentación, que el equipamiento ofertado cumple la legislación vigente (Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Directivas del consejo 93/42/CE de 14 de junio de 1993, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios), así como la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia de la garantía, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los **certificados de marcado CE de los productos**.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las empresas licitadoras, **obligatoriamente** (la empresa que no cumpla con dichas características mínimas quedará excluida), **tendrán que estar acreditadas y presentar documentación** acreditativa relativa a:

- UNE EN ISO 9001 (Calidad)
- UNE EN ISO 14001 (Medioambiental)

A continuación, se detallan las características mínimas a cumplir por parte de las empresas licitadoras. La empresa que no cumpla con dichas características mínimas quedará excluida.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
1	ALFOMBRA ANTICONTAMINACIÓN DE INSTALACIÓN PERMANENTE
Características específicas mínimas	- De material sintético, impregnado por compuesto biocida. - Eficaz barrera anti-infecciones, de actividad continua y duradera. - Resistente al paso de personas, carros y camillas. - Espesor no superior entre la horquilla 2. Y 2,2 mm - Perfecta adherencia al suelo - Juntas, si las hubiera, perfectamente selladas con efecto soldadura en frío que proporcione durabilidad y estanqueidad. - Limpieza con los propios productos del quirófano - Colores a elegir por el Centro, mínimo 5 colores

En Arrasate –Mondragón

Fdo.: Ronald Rodriguez Cogollo
Facultativo de Medicina Preventiva

Documento firmado por: RONALD
RODRIGUEZ COGOLLO
En la fecha 02.06.2023 15:00:55 CEST