PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO AL MANTENIMIENTO PARA EL INSTRUMENTAL ANALÍTICO DE LA MARCA "PERKIN ELMER" INSTALADOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEDES: DERIO (BIZKAIA), DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, Y VITORIA-GAZTEIZ

En el contrato de mantenimiento se deben incluir los equipos y especificaciones que se detallan en este documento y los indicados en el Anexo I, II y III.

1.- INSTRUMENTOS Y APARATOS OBJETO DE MANTENIMIENTO

Los instrumentos y aparatos objeto de conservación y mantenimiento serán los enumerados en el Anexo PCT I, II y III del presente pliego.

2.- OBJETIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Mediante el servicio de mantenimiento se pretende que el instrumental y el aparataje existente en los Laboratorios de Salud Pública del Departamento de Salud se mantenga en las adecuadas condiciones técnicas de funcionamiento durante la vida útil estimada de los mismos, y que dado el grado de fiabilidad que deben reunir los resultados obtenidos es preciso asegurar en todo momento un correcto funcionamiento de dicho equipo.

3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MANTENIMIENTO

3.1.- La prestación del servicio consistirá en revisiones preventivas, cuya frecuencia está marcada en el anexo I, en las que se comprobarán las prestaciones de los equipos y se lleven a cabo los ajustes, limpieza y comprobación de todos los sistemas de acuerdo con las normas particulares de cada equipo.

3.2.- Además de las revisiones preventivas se llevarán también a cabo las revisiones correctivas necesarias, en las que se procederá al cambio o sustitución gratuita de las piezas que presenten síntomas de desgaste, rotura que aparecen descritas en el anexo I

3.3.- La mano de obra necesaria para las revisiones, tanto preventivas como correctivas, quedará incluida en el servicio de mantenimiento, así como para la instalación de las piezas incluidas en el mismo.

3.4.- Respecto de las visitas realizadas con finalidad de revisiones correctivas deberán efectuarse preferentemente dentro de las 72 horas siguientes contadas a partir de la correspondiente comunicación.

3.5.- Igualmente se incluirán los gastos de desplazamiento y estancia con motivo de las visitas que sea necesario efectuar para el mantenimiento operativo de los equipos, así como los originados por las llamadas por avería.

3.6.- La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se realizará preferentemente durante la jornada laboral, que será de 8,30 a 13,30 horas y de 15 a 17 horas, excepto los meses de mayo a septiembre que será de 8,30 a 14,30 horas.

3.7.- El personal que realice las operaciones descritas con anterioridad, deberá de contar con la cualificación necesaria para la prestación de los servicios a contratar mediante este expediente.

3.8.- En el caso de avería o rotura del equipamiento a mantener causado por un mantenimiento mal efectuado o manipulación incorrecta por parte del contratista, será éste el que deberá proceder a la reparación del equipamiento averíado sin que esta suponga coste alguno a la administración contratante.

4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR

4.1.- Se deberá de aportar documentación en la que la empresa se comprometa a que el material utilizado en el recambio y repuesto, consista en piezas originales pertenecientes al modelo y marca del equipo mantenido o reparado.

Donostia-San Sebastian, 1-01010 VITORIA-GASTEIZ
Tfno. 945 01 92 01- Fax 945 019192

BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUA, OSASUN SAILAK GAZTEIZEN (ARABA), DERION (BIZKAIA) ETA DONOSTIA-SANSEBASTIANEN (GIPUZKOA) DITUEN OSASUN PUBLIKOKO LABORATEGIETAN INSTALATUTAKO «PERKINELMER» MARKAKO TRESNA ANALITIKOA MANTENTZEARI BURUZKOA.

Mantentze-lanen kontratuan dokumentu honetan eta I, II eta III eranskinetan zehazten diren ekipoak eta zehaztapenak sartu behar dira.

1.- MANTENTZE-LANEN XEDE DIREN TRESNAK ETA APARATUAK

Kontserbatu eta mantendu beharreko tresnak eta aparatuak plegu honetako PCT I, II eta III eranskinetan zerrendatutakoak izango dira.

2.- MANTENTZE ZERBITZUAREN HELBURUA

Mantentze zerbitzuaren helburua da Osasun Saileko Osasun Publikoko Laborategietan dauden tresnak eta tresneria funtzionamendu-baldintza tekniko egokietan mantentzea haien bizitzan zehar, eta lortutako emaitzek izan behar duten fidagarritasun-maila kontuan hartuta, beharrezkoa dela une oro ekipo horren funtzionamendu egokia ziurtatzea.

3.- MANTENTZE LANEN EZAUGARRI OROKORRAK

3.1.-. Zerbitzua emateko, prebentziozko berrikuspenak egingo dira, eranskinean adierazitako maiztasunarekin. Berrikuspen horietan, ekipoen prestazioak egiaztatuko dira, eta sistema guztiak doitu, garbitu eta egiaztatuko dira, ekipo bakoitzaren arau partikularren arabera

3.2.- Prebentziozko berrikuspenez gain, beharrezkoak diren berrikuspen zuzentzaileak ere egingo dira, eta horietan, higaduraren eta hausturaren sintomak dituzten piezak, eranskinean deskribatutakoak, aldatu edo dohainik ordeztuko dira

3.3.- Ikuskapenak, prebentziozkoak zein zuzentzaileak, egiteko behar den eskulana mantentze-zerbitzuan sartuko da, bai eta bertan sartutako piezak instalatzeko ere

3.4.- Azterketa zuzentzaileak egiteko bisitei dagokienez, ahal dela, 72 orduko epean egin beharko dira, dagokion jakinarazpenetik zenbatzen hasita.

3.5.- Era berean, ekipamenduen mantentze operatiborako egin behar diren bisiten ondoriozko joan-etorrien eta egonaldien gastuak ere sartuko dira, baita matxuragatiko deiek eragindakoak ere.

3.6.- Kontratazio honen xede diren zerbitzuak, ahal dela, lanaldian emango dira, 8: 30etik 13: 30era eta 15: 00etatik 17: 00etara, maiatzetik irailera bitartean izan ezik, orduan 8: 30etik 14: 30era izango baita.

3.7.- Arestian deskribatutako eragiketak egiten dituzten langileek espediente honen bidez kontratatu beharreko zerbitzuak emateko beharrezko kualifikazioa izan beharko dute.

3.8.- Mantendu beharreko ekipamenduaren matxuraren edo hausturaren kasuan, kontratistak gaizki egindako mantentze-lanen edo manipulazio desegokiaren ondorioz, kontratistak berak konpondu beharko du aurkitutako ekipamendua, administrazio kontratatzaileari inolako kosturik eragin gabe

4.- AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

4.1.- Dokumentazio bat aurkeztu beharko da, eta, bertan, enpresak konpromisoa hartu beharko du ordezko eta ordezko piezetan erabilitako materiala mantendutako edo konpondutako ekipoaren modeloko eta markako pieza originalak direla.

ANEXO I - ARABA

Lote 1

Contrato de mantenimiento equipo, Analizador de mercurio (Araba)

	Modelo	Nº serie	Características del contrato
MERCURY ANALYZER	FIMS400	401S7030602	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

ANEXO II - BIZKAIA

Lote 2

Contrato de mantenimiento de Cromatografo de gases con sistema de detección FID

Equipo	Modelo	Nº serie	Características del contrato
TURBOCHROM WORK STATION SOFTWARE	TURBOCHROMWS	0801WS0100	IT Software Reparación, mantenimiento y consulta telefónica de incidencias. No incluye la RQ del software Acceso remoto, incluye asistencia técnica remota del equipo y software
CLAURUS 590 GC	GCN6519591	590S19040501	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
TURBOMATRIX HEADSPACE SAMPLER	TURBOMATRIXHS	HS16S1904082	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Lote 3

Contrato de mantenimiento equipo, AUTODELFIA

Equipo	Modelo	Nº serie	Características del contrato
DELFIA PLATE SHAKE	DELPHIAPLATESHAKE	2807	Contrato oro: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido 15% descuento por partes sustituida durante mantenimiento
DELFIA Plate Dispenser	DELFIPLATEDISP	2961814	Contrato oro: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido 15% descuento por partes sustituida durante mantenimiento
DELFIA Plate Dispenser	DELFIPLATEDISP	2961846	Contrato oro: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido 15% descuento por partes sustituida durante mantenimiento

DELFIA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963209	Contrato platinum: 2 visitas Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
DELFIA PUNCHER	DBSPUNCHER	2963209	Contrato platinum: 2 visitas Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
Plate processor	AUTODELFIA1235	2351081	Contrato platinum: 2 visitas Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Lote 4

Varios

Equipo	Modelo	Nº de serie	Características del contrato
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12960422	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
TRINEST INCUBATOR SHAKER	GDS 1296-0050	12961032	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
VICTOR Fluorometer	VICTOR 1420020	4203160	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Lote 5

Contrato de mantenimiento QSIGHT

Equipo	Modelo	Nº de serie	Características del contrato
Mass Spectrometer	NEOBC004872	210MDBC005030085	Contrato platinum:
Autosampler	NEOBC004941	525502	2 visitas mantenimiento preventivo
Bomba	NEOBC004844	200022	Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

Lote 6

Contrato de mantenimiento Generador de Nitrogeno

Equipo	Modelo	Nº de serie	Características del contrato
Generador de Nitrc	LCMN2800012	771059512	Contrato platinum: 2 visitas mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).

ANEXO III - GIPUZKOA

Lote 7

Contrato de mantenimiento equipo Absorción Atomica (GIPUZKOA)

Equipo	Modelo	Nº serie	Características del contrato
Flow injection system	FIAS100	100S15090602	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
S10AUTOSAMPLER	S10AUTOSAMPLER	102S16010206	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).
PinAAcle 900H HGA/FL HSN W H20 RECIR	AAN3200072	PHCS15121601	Contrato platinum: 1 visita Mantenimiento preventivo Trabajo de servicio y desplazamiento incluido Piezas de repuesto (no incluye fungibles).