



Pliego de bases técnicas para el suministro de set de circulación extracorpórea para el servicio de Cirugía Cardiovascular, Osi Bilbao Basurto

Exp 2024/00221

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Características técnicas.....	2
III.	Innovación tecnológica.....	3
IV.	Presupuesto estimado.	3



Pliego de bases técnicas para el suministro de set de circulación extracorpórea para el servicio de Cirugía Cardiovascular, Osi Bilbao-Basurto. Exp. 2024/00221

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Pliego de bases técnicas para el suministro de **set de circulación extracorpórea para el servicio de Cirugía Cardiovascular, Osi Bilbao Basurto.**

La empresa MEDTRONIC IBERICA, S.A. es la distribuidora en exclusiva según consta en los certificados que se adjuntan a este pliego.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso, que las descripciones técnicas del/los equipo/s a adquirir.

II. Características técnicas.

El objeto del set, está conformado por lo siguiente:

- Set de tubos para circulación extracorpórea realizado en PVC Medtronic clase 68 Share.
- Modificaciones sustanciales, que mejoran el producto utilizado hasta la fecha consistentes en:
 - Bomba centrífuga AP40 biocompatible.
 - Filtro con recubrimiento biocompatible "Balance"
 - 3 líneas de presión.
 - Set de cebado rápido con doble espiga y purga de aire.
 - Modificar en su longitud algunas líneas del set adultos, incrementando la misma.
 - Recubrimiento biocompatible "Balance" en todas las líneas fundamentales del set (las que permanecen en contacto con la sangre).
 - Introducir las líneas de aspiración y la línea arteriovenosa en una bandeja estéril, de modo que se pueda recircular todo el conjunto, antes de abrir en el campo quirúrgico estéril.
 - Además de las líneas de aspiración, línea de gas, loop arteriovenoso, etc., el set se complementa con la bomba centrífuga anteriormente mencionada y el medidor de flujo correspondiente a la misma.

Todo el set se utiliza con la bomba de circulación extracorpórea Medtronic, Mod. Performer CPB 1.5 que se encuentra en el quirófano de C. Cardíaca del Pabellón Allende.



Pliego de bases técnicas para el suministro de set de circulación extracorpórea para el servicio de Cirugía Cardiovascular, Osi Bilbao-Basurto. Exp. 2024/00221

III. Innovación tecnológica.

A lo largo de la vigencia del expediente pueden surgir cambios, nuevas incorporaciones o descatalogaciones de componentes del objeto contractual.

El adjudicatario deberá de incluirlos como parte del expediente.

IV. Presupuesto estimado.

Lote	Cód. SAP	Artículo	Unid. estimadas 3 años	Precio máx. licit. unif. Sin IVA	Total máx. sin IVA
1	2149000	EQ EXTRACORPOREA FIL ART 30MICRAS	850	328,18	278.953,00 €

Bilbao a 22/01/2024

Fdo. Álvaro Ortiz de Salazar Varona.
Jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular