



***Pliego de bases técnicas para el Suministro de accesorios para la conectividad de
las bombas de infusión Infusomat para la OSI Bilbao Basurto
2024/00244***

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Prescripciones generales.	3

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad para el Suministro de accesorios para la conectividad de las bombas de infusión Infusomat para la OSI Bilbao Basurto.

Los **sistemas de infusión** permiten la administración de fármacos directamente a la sangre del paciente, ayudando a administrar los fluidos mediante su programación y de manera controlada, una determinada sustancia por vía intravenosa (infusiones parentales) u oral (infusiones enterales) a paciente que por condición así lo requieran con más precisión.

En el caso que nos ocupa, la OSI dispone de bombas de infusión Infusomat, de la marca B.Braun Medical.

Las bombas de infusión B. Braun Space requieren para su uso la adquisición de los siguientes accesorios que permiten su conectividad:

1º.- SpaceStation: permite una configuración flexible de las estaciones de trabajo. Se pueden colocar hasta cuatro bombas de infusión Space en una estación de acoplamiento en cualquier configuración.

Con un solo clic se integran y se eliminan los dispositivos en el sistema.

Para terapias complejas, se pueden combinar hasta cuatro SpaceStations en un solo sistema. La alimentación siempre se suministra al sistema a través de un único cable.

2º.- La Space@Cover Standard con asa de transporte integrada convierte la B. Braun Space@Station en una unidad portátil. Space@Cover Comfort actúa como pantalla de comunicación para todas las bombas Space® insertadas en la Space@Station. Las alarmas visuales y sonoras integradas del Space@Cover Comfort identifican de forma centralizada el estado de los dispositivos de infusión Space®, con condiciones de alarma y prealarma.

3º.- B.Braun SpaceCom

Permite el acceso a las Tecnologías de la Información Produktbild Website B.Braun SpaceCom.

El Space Com es un interfaz de comunicaciones que siempre debe ser utilizado en combinación con el Space Station. Dispone de varios puertos (USB, Ethernet, Wireless y RS232) para garantizar la conectividad a cualquier sistema informático existente en el Centro Hospitalario. Con un único Space Com se controlan los datos de hasta 24 bombas instaladas

en 6 Space Station. Sea cual sea el número de Space Station acoplados en cabecera de paciente, únicamente será necesario un Space Com y por lo tanto un cable de datos (Ethernet o RS232). Adicionalmente el Space Com permite la compatibilidad con la central de monitorización B.Braun Space OneView así como con el sistema de código de barras Space.

El motivo de la utilización del procedimiento negociado es el siguiente:

Artículo 168. a) 2º Cuando las **obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado**, por alguna de las siguientes razones: ... que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Esta exclusividad queda acreditada por el certificado que anexamos a este pliego.

La adquisición de estos accesorios es imprescindible para facilitar el funcionamiento de los sistemas de infusión.

Lote	Art.	Descripción art.	Precio ud. IVA exc.	Uds	Precio total IVA exc	Precio total IVA inc
1	1	Space Station	860,00 €	16	13.760,00 €	16.649,60 €
1	2	Space Cover Confort	395,00 €	11	4.345,00 €	5.257,45 €
1	3	Space COM	1.250,00 €	11	13.750,00 €	16.637,50 €
Total					31.855,00 €	38.544,55 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir

II. Prescripciones generales.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto, y toda aquella documentación/información que el licitador considere oportuno para la valoración de la oferta. La falta de información, ausencia de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Se adjuntará un programa de asistencia técnica en la puesta en marcha de los equipos, relacionado con el uso eficiente de los mismos y la resolución de dudas y problemas que pudieran surgir en el inicio de puesta en servicio.

En todos los casos, el equipamiento ofertado debe ser totalmente compatible con el sistema de información de la Osi Bilbao Basurto. Corre a cargo del licitador realizar la completa integración con el mismo.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos.

El equipamiento deberá incluir siempre los elementos y dotación necesarios para su correcto funcionamiento.

Bilbao a 22 de enero de 2024



Fdo. Ainhoa Aguirre Conde.
Jefa de servicio de Neonatología.