

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2024/00745

**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA
ENDOUROLOGÍA CON DESTINO A LA OSI ARABA**

1. OBJETO DEL CONTRATO

Mediante esta contratación se pretende cubrir las necesidades de material fungible para Endourología con destino al Servicio de Urología de la OSI Araba para un periodo total de 5 años (contrato inicial de dos años, más tres posibles prórrogas de un año cada una).

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia sanitaria en la OSI Araba.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

Se trata de un contrato de suministro de naturaleza administrativa, y se rige por el contenido del presente Pliego, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para los contratos de Suministro y por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, así como el resto de la legislación administrativa aplicable.

En este Pliego se recogen las especificaciones técnicas que regirán la contratación para el suministro de materiales que se precisa y tienen carácter contractual para las partes.

3. ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material/equipamiento ofertado cumple la legislación vigente, Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 2017/745, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios, así como la que pudiera producirse durante el periodo de vigencia de la garantía, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación.

Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

4. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES

El objeto del contrato se constituye en **57 lotes**, en las cantidades y con los precios unitarios máximos que se indican:

LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO (2 años) (IVA excluido)
	GUÍAS			
1	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE NITINOL 0,035	3.000	60,00 €	180.000,00 €
2	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON ALMA INTERNA (NITINOL+COLBALTO) 0,035	200	69,00 €	13.800,00 €
3	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE TUNGSTENO 0,035	100	60,00 €	6.000,00 €
4	GUÍA RÍGIDA T/AMPLATZ/LUNDERQUIST	10	55,00 €	550,00 €
5	GUÍAS NITINOL			
5.1	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA RECTA 0,035	60	30,00 €	1.800,00 €
5.2	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA CURVA 0,035	60	54,00 €	3.240,00 €
	VAINAS DE ACCESO URETERAL			
6	VAINA DE ACCESO URETERAL, 10-12F	50	155,00 €	7.750,00 €
7	VAINA DE ACCESO URETERAL, 11-13F	120	155,00 €	18.600,00 €
8	VAINA DE ACCESO URETERAL, 12-14F	170	155,00 €	26.350,00 €
9	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 10-12F	20	170,00 €	3.400,00 €
10	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 11-13F	20	170,00 €	3.400,00 €
11	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 12-14F	20	170,00 €	3.400,00 €
12	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 10-12F	70	343,00 €	24.010,00 €
13	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 11-13F	70	343,00 €	24.010,00 €
14	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 12-14F	40	343,00 €	13.720,00 €
	BALONES			
15	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 12F (4 mm)	10	190,00 €	1.900,00 €
16	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 15F (5 mm)	160	190,00 €	30.400,00 €
17	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 18F (6 mm)	15	190,00 €	2.850,00 €
	CESTILLAS			
18	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación con punta)	75	285,00 €	21.375,00 €
19	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación sin punta)	60	285,00 €	17.100,00 €
20	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación en red)	30	286,00 €	8.580,00 €
21	CESTILLA DE NITINOL DE CAPTURA FRONTAL	275	235,00 €	64.625,00 €
22	PINZA DE BIOPSIA PARA URS FLEXIBLE	20	235,00 €	4.700,00 €
23	CESTA PERCUTÁNEA DE NITINOL	20	250,00 €	5.000,00 €

LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO (2 años) (IVA excluido)
	CATÉTERES SIMPLES			
24	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 4F	10	9,00 €	90,00 €
25	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 5F	700	9,00 €	6.300,00 €
26	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 6F	300	9,00 €	2.700,00 €
27	CATÉTERES URETERALES SIMPLE J MULTIPERFORADOS			
27.1	CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 7F	375	67,20 €	25.200,00 €
27.2	CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 8F	1.200	67,20 €	80.640,00 €
28	CATÉTER RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE Y CURVA	150	34,80 €	5.220,00 €
29	CATÉTER DE CONSOLIDACIÓN DE TRAYECTOS PERCUTÁNEOS	10	85,00 €	850,00 €
30	CATÉTER URETERAL DOBLE LUZ 9-10 Ch	20	59,00 €	1.180,00 €
	CATÉTERES DOBLE J			
31	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES PREMONTADOS			
31.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm	260	59,00 €	15.340,00 €
31.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	225	59,00 €	13.275,00 €
32	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES SIN PREMONTAR			
32.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm	100	99,00 €	9.900,00 €
32.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	150	99,00 €	14.850,00 €
33	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO			
33.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm	150	120,00 €	18.000,00 €
33.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	200	120,00 €	24.000,00 €
34	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO SILICONADO			
34.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm	50	28,00 €	1.400,00 €
34.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	50	28,00 €	1.400,00 €
35	CATÉTERES URETERALES DOBLE J TUMORALES			
35.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 6F 30 cm	160	130,00 €	20.800,00 €
35.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 8F 30 cm	200	130,00 €	26.000,00 €
36	CATÉTERES URETERALES PARA ESTENOSIS URETERALES			
36.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 8F 26 cm	10	144,00 €	1.440,00 €
36.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 10F 26 cm	15	144,00 €	2.160,00 €
	DILATADORES PERCUTÁNEOS			
37	SET DE DILATADORES Y VAINAS P/ACCESO PERCUTÁNEO T/AMPLATZ	10	178,00 €	1.780,00 €
38	VAINA DE AMPLATZ, 14 Ch 17 cm	10	50,00 €	500,00 €
39	VAINA DE AMPLATZ, 16 Ch 17 cm	10	50,00 €	500,00 €
40	VAINA DE AMPLATZ, 18 Ch 17 cm	10	50,00 €	500,00 €
41	VAINA DE AMPLATZ, 20 Ch 17 cm	10	50,00 €	500,00 €
42	VAINA DE AMPLATZ, 22 Ch 17 cm	10	50,00 €	500,00 €

LOTE/ Sublote	DENOMINACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA (2 años)	PRECIO UNITARIO MÁXIMO (IVA excluido)	PRESUPUESTO MÁXIMO (2 años) (IVA excluido)
43	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 18F 17 cm	10	350,00 €	3.500,00 €
44	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 24F 17 cm	50	330,00 €	16.500,00 €
45	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 17 cm	10	330,00 €	3.300,00 €
46	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 21-23 cm	5	319,00 €	1.595,00 €
	AGUJAS DE PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA			
47	AGUJA PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA, 17/18G 20 cm	40	385,00 €	15.400,00 €
	NEFROSTOMÍA			
48	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO, 8 Ch	40	54,00 €	2.160,00 €
49	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO CON DRENAJE TIPO SONDA 14/16 Ch	20	721,55 €	14.431,00 €
50	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 6 Ch	20	28,00 €	560,00 €
51	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 8 Ch	20	28,00 €	560,00 €
	TALLAS SUPRAPÚBICAS			
52	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 10 Ch	25	50,00 €	1.250,00 €
53	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 12 Ch	10	50,00 €	500,00 €
	OTROS			
54	MATERIAL FUNGIBLE DE LITOFRAGMENTACIÓN			
54.1	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x340 mm	10	496,00 €	4.960,00 €
54.2	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x445 mm	30	496,00 €	14.880,00 €
54.3	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 1,9x445 mm	10	496,00 €	4.960,00 €
54.4	COLECTOR FRAGMENTOS LITOTRICA 200 cc 4 m	50	240,00 €	12.000,00 €
55	EVACUADOR VESICAL PARA RTU	1.000	35,00 €	35.000,00 €
56	SET FUNGIBLE PARA INSTILACIÓN DE MITOMICINA	500	225,00 €	112.500,00 €
57	KIT GUÍA DE PUNCIÓN PARA BIOPSIAS CON CONTROL ECOGRÁFICO	1.200	27,00 €	32.400,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO sin IVA			1.038.041,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO con IVA			1.256.029,61 €

5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A continuación, se detallan los **requisitos mínimos** que deben cumplir los productos ofertados por las empresas licitadoras, así como los **aspectos a valorar**. Las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos quedarán EXCLUIDAS.

GUÍAS

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
1	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE NITINOL 0,035
Requisitos mínimos	- Guía de nitinol-ptf con punta hidrofílica, punta flexible de nitinol. - Longitud de punta de entre 3 y 7 cm. - Cuerpo rígido, revestimiento hidrofílico.
Aspectos a valorar	- Conificación del alma gradual en 15 cm, con doble transición, que permita un mayor control en el manejo de la guía y, por tanto, una mayor seguridad.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
2	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON ALMA INTERNA DE (NITINOL + COBALTO) 0,035
Requisitos mínimos	- Guía de nitinol-ptf con punta hidrofílica, punta flexible de nitinol. - Longitud de punta de entre 3 y 7 cm. - Cuerpo rígido, con nitinol + cobalto para mayor soporte con revestimiento hidrofílico.
Aspectos a valorar	- Alma interna de Tritón (nueva aleación de nitinol y cobalto), lo que le confiere un mayor soporte para mejorar el control de la guía. - Conificación del alma gradual en 15 cm, con doble transición, que permita un mayor control en el manejo de la guía y, por tanto, una mayor seguridad.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
3	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE TUNGSTENO 0,035
Requisitos mínimos	- Guía nitinol-ptfe con punta hidrofílica, punta flexible de tungsteno para mayor radioopacidad. - Longitud de punta de entre 3 y 7 cm. - Cuerpo rígido, revestimiento hidrofílico.
Aspectos a valorar	- Conificación del alma gradual en 15 cm, con doble transición, que permita un mayor control en el manejo de la guía y, por tanto, una mayor seguridad.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
4	GUÍA RÍGIDA T/AMPLATZ/LUNDERQUIST
Requisitos mínimos	- Guía de alma fija con recubrimiento de Ptfе, punta flexible recta. - Cuerpo rígido vs extrarrígido. - Longitud: 130-180 cm.
Aspectos a valorar	- Ac inox + recubrimiento de PTFE. Punta flexible. - Se valorará alta rigidez del cuerpo de guía.

GUÍAS NITINOL		
Nº LOTE /SUBLOTE	DENOMINACIÓN	
5	5.1	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA RECTA 0,035
	5.2	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA CURVA 0,035
Requisitos mínimos	- Guía con alma completa de nitinol con punta flexible de entre 3 y 7 cm. - Cuerpo flexible, revestimiento hidrofílico. - Longitud 130-180 cm.	
Aspectos a valorar	- Grado de recubrimiento hidrofílico. - Punta conificada.	

VAINAS DE ACCESO URETERAL

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
6	VAINA DE ACCESO URETERAL, 10-12F
7	VAINA DE ACCESO URETERAL 11-13F
8	VAINA DE ACCESO URETERAL 12-14F
Requisitos mínimos	- Vaina de acceso ureteral radiopaca, y recubrimiento hidrofílico. - Longitud: 40-46 cm.

Aspectos a valorar	- Suave transición entre la vaina y dilatador, que permite una inserción atraumática y dilatación suave. - Punta corta del dilatador, que permite un preciso posicionamiento de la vaina en la zona diana. - Recubrimiento hidrofílico en la parte interna y externa de la vaina y dilatador, que favorece la navegación y la introducción de la vaina y del endoscopio. - Marca radiopaca que permite una correcta visualización de la vaina. - Unión entre dilatador y vaina intuitiva y de fácil conexión en cualquier punto, con sistema de bloqueo seguro que evite movilizaciones durante el procedimiento. - Amplio diámetro de la cazoleta de la vaina, para facilitar la introducción del material endoscópico. - Retirada del estilete interno con una mano.
---------------------------	--

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
9	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL 10-12F
10	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL 11-13F
11	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL 12-14F
Requisitos mínimos	- Vainas de acceso ureteral radiopaca, y recubrimiento hidrofílico. - 2 canales de trabajo. - Longitud: 40-46 cm.
Aspectos a valorar	- Suave transición entre la vaina y dilatador, que permite una inserción atraumática y dilatación suave. - Punta corta del dilatador, que permite un preciso posicionamiento de la vaina en la zona diana. - Recubrimiento hidrofílico en la parte interna y externa de la vaina y dilatador, que favorece la navegación y la introducción de la vaina y del endoscopio. - Marca radiopaca que permite una correcta visualización de la vaina. - Unión entre dilatador y vaina intuitiva y de fácil conexión en cualquier punto, con sistema de bloqueo seguro que evite movilizaciones durante el procedimiento. - Amplio diámetro de la cazoleta de la vaina, para facilitar la introducción del material endoscópico. - Retirada del estilete interno con una mano.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
12	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 10-12F
13	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 11-13F
14	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 12-14F
Requisitos mínimos	- Vaina de acceso ureteral radiopaca, y recubrimiento hidrofílico. - Vaina con punta flexible y sistema de aspiración incorporado. - Longitud: 40-46 cm.
Aspectos a valorar	- Suave transición entre la vaina y dilatador, que permite una inserción atraumática y dilatación suave. - Punta corta del dilatador que permite un preciso posicionamiento de la vaina en la zona diana. - Recubrimiento hidrofílico en la parte interna y externa de la vaina y dilatador, que favorece la navegación y la introducción de la vaina y del endoscopio. - Marca radiopaca que permite una correcta visualización de la vaina. - Unión entre dilatador y vaina intuitiva y de fácil conexión en cualquier punto, con sistema de bloqueo seguro que evite movilizaciones durante el procedimiento. - Amplio diámetro de la cazoleta de la vaina, para facilitar la introducción del material endoscópico. - Retirada del estilete interno con una mano.

BALONES

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
15	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL 12F (4 mm)
16	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL 15F (5 mm)
17	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL 18F (6 mm)
Requisitos mínimos	- Catéter balón con paso de guía interior. - Longitud del balón de dilatación: 4 cm. - Longitud total entre 70-90 cm.

Aspectos a valorar	- Que tengan un amplio rango de presiones, llegando a alcanzar las 20 - 30 atm. - No compliant con resistencia a las presiones externas. - Punta y hombros del balón cortos, para facilitar la navegación y acercamiento a la zona de dilatación de la estenosis o el cálculo. - Bajo perfil del balón replegado, que facilita la inserción y navegación en anatomías tortuosas. - Punta radiopaca de Tungsteno con longitud corta de 5 mm y dos marcadores radiopacos de Platino e Iridio que delimitan la longitud de inflado y aseguran la colocación. - Diseño coaxial del balón que permite una columna de fuerza que minimiza el acodamiento durante la inserción y proporciona mayor empujabilidad. - Fabricación en base PET con tecnología multicapa que minimice la punción y estallido del balón a altas presiones. - Recubrimiento exterior del catéter de glissando para favorecer la navegación. Longitud propia del balón sin recubrir para evitar su movilidad durante el proceso de inflado. Recubrimiento interno de la vaina para favorecer el deslizamiento de la guía y la reducción de la fricción. - Que incluya dispositivo de replegado para obtener un menor perfil y evitar reinserción traumática, en caso de requerirse una nueva dilatación.
---------------------------	--

CESTILLAS

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
18	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS, (Terminación con punta)
19	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS, (Terminación sin punta)
20	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS, (Terminación en red)
Usos	Captura de litiasis renales.
Requisitos mínimos	- Cestillas con terminación en punta (pensada para trayectos ureterales). - Cestillas con terminación roma (pensada para localizaciones renales). - Material de la cestilla (principalmente Nitinol). - Numero variable de hilos para conseguir diferentes configuraciones en su despliegue.

Aspectos a valorar	- Diseño que permita aproximarse al cálculo con mayor facilidad y resulte menos traumática para el uréter. - Diseño que ofrezca continuidad entre los alambres, permitiendo movimientos más coordinados. - Diseño que permita aumentar la visibilidad durante la visión directa y principalmente valiosa en situaciones de poco flujo. - Mango ergonómico y fácilmente desmontable. - Existencia de resorte o amortiguadores diseñado para proteger la cesta de cualquier daño o deformación durante la extracción del cálculo, lo que le dará una mayor durabilidad al producto. - Que permita un manejo fiable y seguro en ureteroscopios flexibles con una deflexión de hasta 270º. - En el caso de la cestilla de 4/16 hilos, se valorará mango que permita cierre parcial para arrastre de los fragmentos ...
---------------------------	--

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
21	CESTILLA DE NITINOL DE CAPTURA FRONTAL
Usos	Manejo de litiasis ureterales.
Requisitos mínimos	- Cestillas de nitinol, con sistema de apertura frontal. - Longitud: 115-130 cm. - Diámetro de la cestilla: 1,8-2,2 fr. - Diámetro de apertura de la cestilla: 10-12 mm,
Aspectos a valorar	- Forma atraumática del diseño de la cesta. - Sistema de doble apertura, el cual permita que el dispositivo pueda abrirse a un diámetro mayor más allá del tamaño de la cesta de referencia.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
22	PINZA DE BIOPSIA PARA URS FLEXIBLE
Usos	Realización de procedimientos intrarrenales vía retrógrada.
Requisitos mínimos	- Pinza de biopsia para aparataje ureteral flexible. - Calibre: 2,4/3 fr.
Aspectos a valorar	- Grado de apertura de la pinza, así como forma de la cazoleta, de cara a extirpar la mayor cantidad de tejido con el diámetro referido en cada pinza. - Al tratarse de pinzas de escaso calibre, interesa asegurar el máximo material de biopsia en cada acto.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
23	CESTA PERCUTÁNEA DE NITINOL
Usos	Extracción de fragmentos a través de trayectos de NLP.
Requisitos mínimos	- Pinza para extracción de cálculos con cestilla de nitinol sin punta. - Calibre de 10 fr, con apertura de entre 1,8- 2,2 cm de la cesta. - Longitud: 36-40 cm
Aspectos a valorar	- Posibilidad de canal interno para láser. - Calibre de apertura de la cesta.

CATÉTERES SIMPLES

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
24	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 4F
25	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 5F
26	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 6F
Requisitos mínimos	- Catéter ureteral punta abierta, para introducir sobre guía. - Longitud: 70 -90 cm.
Aspectos a valorar	- Radio-opacidad del catéter en toda su longitud. - Facilidad de conexión del conector adjunto.

CATÉTERES URETERALES SIMPLE J MULTIPERFORADOS

Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN
27	27.1 CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 7F
	27.2 CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 8F
Requisitos mínimos	- Catéter ureteral punta abierta con un extremo uni jota. - Longitud: 70-90 cm.
Aspectos a valorar	- Composición del material, de cara a conseguir el mayor grado de tolerancia por parte del paciente y el menor grado de incrustación del catéter. - Radio-opacidad - Facilidad de conexión al catéter.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
28	CATÉTER RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE Y CURVA
Usos	- Manejo de accesos tortuosos ureterales.
Requisitos mínimos	- Catéter radiopaco con punta flexible y curva. - Diámetro: 5 fr. - Longitud: 60-80 cm
Aspectos a valorar	- Radio-opacidad del catéter en toda su longitud y especialmente en la punta. - Facilidad de conexión que aporte el extremo distal del catéter. - Grado de flexibilidad del extremo distal.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
29	CATÉTER DE CONSOLIDACIÓN DE TRAYECTOS PERCUTÁNEOS
Usos	Consolidación / dilatación de los trayectos percutáneos.
Requisitos mínimos	- Diámetro 8/10 fr.
Aspectos a valorar	- Grado de flexibilidad de los extremos, así como el equilibrio entre grado de firmeza y grado de flexibilidad del cuerpo del catéter. - Radio-opacidad del catéter en toda su longitud y especialmente en la punta.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
30	CATÉTER URETERAL DOBLE LUZ 9-10 Ch
Usos	Uso de 2 canales de trabajo a través del catéter .
Requisitos mínimos	- Catéter radiopaco con punta abierta y 2 canales de trabajo. - Diámetro: entre 8 -10 fr.
Aspectos a valorar	- Conicidad de la punta del catéter y diseño atraumático del extremo distal. - Radio-opacidad del catéter en toda su extensión, sobre todo en su extremo más distal.

CATÉTERES DOBLE J

CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES, PREMONTADOS		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
31	31.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm
	31.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm
Requisitos mínimos		- Catéter ureteral doble j abierto, premontado BLANDO. - Diámetros: varias medidas. - Longitud: 26 cm.
Aspectos a valorar		- Composición del material. - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones - Alta retención del coil para facilitar y asegurar la fijación. - Sistema de suelta del doble j fácil y fiable.

CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES, SIN PREMONTAR		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
32	32.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm
	32.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm
Requisitos mínimos		- Catéter ureteral doble j abierto abierto, sin premontar BLANDO. - Diámetros: varias medidas. - Longitud: 26 cm.
Aspectos a valorar		- Composición del material. - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones, ...

CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
33	33.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm
	33.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm
Requisitos mínimos		- Catéter ureteral doble j abierto abierto. - Diámetros: varias medidas. - Longitud: 26 cm.
Aspectos a valorar		- Composición del material. - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones, ... - Material de Fabricación que permita mayor consistencia a la hora de la colocación para su avance y fijación y que sea termosensible, permitiendo que a temperatura corporal se vuelva más blando, lo que mejora la tolerabilidad y el confort del paciente. - Recubrimiento específico que permite mantener un pH ácido. - Superficie ultra lisa y suave con bajo coeficiente de fricción, para minimizar daños ureterales e incrustaciones.

CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO SILICONADO		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
34	34.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm
	34.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm
Requisitos mínimos		- Catéter ureteral doble j abierto abierto. - Diámetros: varias medidas. - Longitud: 26 cm. - Material de silicona en su composición.
Aspectos a valorar		- Composición del material. (Se valorará % de silicona). - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones, ...

CATÉTERES URETERALES DOBLE J TUMORALES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
35	35.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 6F 30 cm
	35.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 8F 30 cm
Usos		Para pacientes con patologías obstructivas extraureterales.
Requisitos mínimos		- Catéter doble j abierto abierto. - Diámetro: varias medidas. - Pigtails blandos suaves con componente central del doble j con dureza y rigidez.
Aspectos a valorar		- Composición del material. - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones, y resistencia a compresión extraureteral, ... - Clínicamente testado para un uso mínimo de 180 días. - Parte central rígida para prevenir la posibilidad de colapso. - Pigtails con memoria, de material suave que ofrece comodidad al paciente. - Completamente radiopaco. - Marcadores radiopacos en la base de los pigtail.

CATÉTERES URETERALES PARA ESTENOSIS URETERALES		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
36	36.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 8F 26 cm
	36.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 10F 26 cm
Usos		Para pacientes con estenosis ureterales intrínsecas.
Requisitos mínimos		- Catéter doble j abierto abierto. - Diámetro: varias medidas. - Longitud: 26 cm.
Aspectos a valorar		- Composición del material. - Características del revestimiento del material, a fin de optimizar la máxima duración del stent intracorpóreo, disminución de incrustaciones y resistencia a compresión Intrínseca. - Rigidez/dureza del catéter.

DILATADORES PERCUTÁNEOS

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
37	SET DE DILATADORES Y VAINAS PARA ACCESO PERCUTÁNEO T/AMPLATZ
Requisitos mínimos	- Set de dilatación secuencial. - Dilatadores (entre 10 y 12) vainas (4 -24/30 ch).
Aspectos a valorar	- Grado de radio-opacidad de los dilatadores. - Conicidad de la punta y rigidez del compuesto de fabricación.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
38	VAINA DE AMPLATZ, 14 Ch 17 cm
39	VAINA DE AMPLATZ, 16 Ch 17 cm
40	VAINA DE AMPLATZ, 18 Ch 17 cm
41	VAINA DE AMPLATZ, 20 Ch 17 cm
42	VAINA DE AMPLATZ, 22 Ch 17 cm
Requisitos mínimos	- Componente individual/vaina de trayecto ureteral.
Aspectos a valorar	- Grado de radio-opacidad de las vainas. - Rigidez del compuesto de fabricación y resistencia a la deformación/aplastamiento.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
43	SET DE DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 18F 17 cm
44	SET DE DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 24F 17 cm
45	SET DE DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 17 cm
46	SET DE DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 21-23 cm
Requisitos mínimos	- Incluye catéter balón de dilatación + vaina percutánea + jeringa de alta presión. - Diámetro de la vaina: 18, 24 y 30 fr. - Longitud: 17 cm (lotes 43, 44 y 45), 21-23 cm (lote 46).

Aspectos a valorar	- Amplio rango de presiones, llegando a alcanzar las 20-30 atm con total seguridad. - Punta y hombros del balón cortos, para facilitar la navegación y acercamiento a la zona de dilatación de la estenosis o el cálculo. - Bajo perfil del balón replegado, que facilita la inserción y navegación en anatomías tortuosas. - Punta radiopaca con longitud corta de 5 mm y dos marcadores radiopacos que delimiten la longitud de inflado y aseguren la colocación. - Diseño coaxial del balón que permita una columna de fuerza que minimice el acodamiento durante la inserción y proporcione mayor empujabilidad. - Material de fabricación con tecnología multicapa que minimice la punción y estallido del balón a altas presiones. - Recubrimiento exterior del catéter que favorezca la navegación. - Que incluya dispositivo de replegado para obtener un menor perfil y evitar reinserción traumática, en caso de requerirse una nueva dilatación.
---------------------------	--

AGUJAS DE PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
47	AGUJA DE PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA, 17/18G 20 cm
Requisitos mínimos	- Aguja trocar de varias partes, para punción. - De acceso percutáneo con punta ecográficamente visible.
Aspectos a valorar	- Ecogenicidad para punción. - Forma de terminación de punta de aguja de cara a evitar cizallamiento de la guía interna en movimientos laterales intrarrenales. - Marcación en cm de la aguja. - Sistema de elemento deslizante ajustable radio-opaco.

NEFROSTOMÍA

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
48	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO, 8 Ch
Usos	Sistema para punción renal.
Requisitos mínimos	- Set compuesto por, al menos, una aguja para punción, tubo de drenaje de nefrostomía de 8 ch y dilatadores fasciales.
Aspectos a valorar	- Ecogenicidad para punción. - Forma de terminación de punta de aguja, de cara a evitar cizallamiento de la guía interna en movimientos laterales intrarrenales. - Marcación en cm de la aguja. - Sistema de elemento deslizante ajustable radio-opaco. - Se valorará como factor principal la consistencia del pigtail de la nefrostomía (interesa material soft) que permita fácil acomodación a los diferentes tipos anatómicos de pelvis renales. - Grado de radio-opacidad del compuesto. - Presentación de sistema auto retentivo de la nefrostomía.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
49	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO CON DRENAJE TIPO SONDA 10/14 Ch
Usos	Sistema para punción renal,
Requisitos mínimos	- Set compuesto por, al menos, una aguja para punción, tubo de drenaje tipo sonda con calibre 10-14 ch y dilatadores fasciales.
Aspectos a valorar	- Grado de radio-opacidad de la sonda y sistema de balón de hinchado. - Grado de radio-opacidad de los dilatadores fasciales.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
50	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 6 Ch
51	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 8 Ch
Requisitos mínimos	- Compuesto por sistema de nefrostomía y alambre-guía.
Aspectos a valorar	- Se valorará como factor principal la consistencia del pigtail de la nefrostomía (interesa material soft) que permita fácil acomodación a los diferentes es tipos anatómicos de pelvis renales. - Grado de radio-opacidad del compuesto. - Presentación de sistema auto retentivo de la nefrostomía.

TALLAS SUPRAPÚBICA

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
52	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 10 Ch
53	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 12 Ch
Usos	Sistema de punción vesical.
Requisitos mínimos	- Lote 52: Compuesto, al menos, por un trocar de punción, sistema de drenaje tipo sonda con balón de 10 fr y bisturí de punción. - Lote 53: Compuesto, al menos, por un trocar de punción, sistema de drenaje tipo sonda con balón de 12 fr y bisturí de punción.
Aspectos a valorar	- Sistema de punción, punta de trocar dureza del material. - Material del sistema de drenaje.

OTROS

MATERIAL FUNGIBLE DE LITOFRAGMENTACIÓN		
Nº LOTE/ SUBLOTE		DENOMINACIÓN
54	54.1	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x340 mm
	54.2	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x445 mm
	54.3	SONDA LITOTRICA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 1,9x445 mm
	54.4	COLECTOR FRAGMENTOS LITOTRICA 200 cc 4 m
Usos		Fragmentación de cálculos urológicos.
Requisitos mínimos		- Sondas de fragmentación de tecnología combinada balística y ultrasónica monouso para litotricia intracorpórea para modelos Lt. Trilogy. - Stone Catcher Lith. Trilogy, 5x. - Kit recolector de fragmentos: - Se suministrará esterilizado e incluirá las tubuladuras y el depósito para colectar los fragmentos de los cálculos. - Se suministrará con una tapa para cerrar el bote herméticamente tras el tratamiento. - Solo apto para sistemas Lithoclast Trilogy.
Aspectos a valorar		- Grado de flexibilidad de las sondas y resistencia a la rotura de las mismas durante su uso.
Cesión de equipo		La empresa adjudicataria está obligada a ceder, durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas, sin coste adicional, un LITOTRIPTOR, de las características que a continuación se indican: - Incluirá una bomba peristáltica, un mango Trilogy y un pedal.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
55	EVACUADOR VESICAL PARA RTU
Requisitos mínimos	- Sistema evacuador para extracción de material/fragmentos en la realización de resecciones transuretrales.
Aspectos a valorar	- Sistema de conexión al resector, facilidad de acople y firmeza del mismo. - Ergonomía del receptor de fragmentos. - Eficacia de la aspiración manual de fragmentos.

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
56	SET FUNGIBLE PARA INSTILACIÓN DE MITOMICINA
Usos	Realización de instilación endovesical reciclable con hipertermia.
Requisitos mínimos	- Equipo fungible para insitilación de Mitomicina, compuesto de: - Sonda. - Vías de conexión. - Acceso a la bomba de infusión.
Aspectos a valorar	- Menor calibre de la sonda (aconsejable N-16).
Cesión de equipo	La empresa adjudicataria está obligada a ceder, durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas, sin coste adicional, un EQUIPO PARA QUIMIOHIPERtermia INTRAVESICAL .

Nº LOTE	DENOMINACIÓN
57	KIT GUÍA DE PUNCIÓN PARA BIOPSIAS CON CONTROL ECOGRÁFICO
Requisitos mínimos	- Kit que incluya una guía metálica que se adapte a los transductores transrectales de los ecógrafos <i>Siemens Acuson X 150</i> y <i>Samsung HS 40</i> de la Sede Santiago. - Composición del kit: guía + preservativo + bandas de sujeción.
Aspectos a valorar	- Calidad del recubrimiento metálico por donde vaya a pasar la aguja. - Adaptabilidad al transductor.

6. MUESTRAS

Para la valoración de los lotes que a continuación se relacionan, es condición imprescindible el envío del nº de muestras que se indican, que deberán corresponderse exactamente con el producto a suministrar.

Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	M Muestras a entregar	Nº MUESTRAS
	GUÍAS		
1	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE NITINOL 0,035	M	1
2	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON ALMA INTERNA (NITINOL+COLBALTO) 0,035	M	1
3	GUÍA HÍBRIDA TEFLONADA CON PUNTA DE TUNGSTENO 0,035	M	1
4	GUÍA RÍGIDA T/AMPLATZ/LUNDERQUIST	M	1
5	GUÍAS NITINOL		
5.1	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA RECTA 0,035	M	1
5.2	GUÍA COMPLETA NITINOL PUNTA CURVA 0,035		
	VAINAS DE ACCESO URETERAL		
6	VAINA DE ACCESO URETERAL, 10-12F	M	1
7	VAINA DE ACCESO URETERAL, 11-13F		
8	VAINA DE ACCESO URETERAL, 12-14F		
9	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 10-12F	M	1
10	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 11-13F		
11	VAINA DE ACCESO URETERAL CON DOBLE CANAL, 12-14F		
12	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 10-12F	M	1
13	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 11-13F		
14	VAINA DE ACCESO URETERAL FLEXIBLE CON ASPIRACIÓN, 12-14F		
	BALONES		
15	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 12F (4 mm)		
16	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 15F (5 mm)	M	1
17	BALÓN DE DILATADOR MEATO URETERAL, 18F (6 mm)		
	CESTILLAS		
18	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación con punta)	M	1
19	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación sin punta)	M	1
20	CESTILLA DE NITINOL PARA URS/RIRS 4/6 HILOS (Terminación en red)	M	1
21	CESTILLA DE NITINOL DE CAPTURA FRONTAL	M	1
22	PINZA DE BIOPSIA PARA URS FLEXIBLE	M	1
23	CESTA PERCUTÁNEA DE NITINOL	M	1
	CATÉTERES SIMPLES		
24	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 4F		
25	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 5F	M	1
26	CATÉTER URETERAL SIMPLE PUNTA ABIERTA, 6F		
27	CATÉTERES URETERALES SIMPLE J MULTIPERFORADOS		
27.1	CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 7F		
27.2	CATÉTER URETERAL SIMPLE J MULTIPERFORADO, 8F	M	1
28	CATÉTER RADIOPACO PUNTA FLEXIBLE Y CURVA	M	1
29	CATÉTER DE CONSOLIDACIÓN DE TRAYECTOS PERCUTÁNEOS	M	1
30	CATÉTER URETERAL DOBLE LUZ 9-10 Ch	M	1

Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	M Muestras a entregar	Nº MUESTRAS
	CATÉTERES DOBLE J		
31	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES, PREMONTADOS		
31.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm		
31.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	M	1
32	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 6 MESES, SIN PREMONTAR		
32.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,7-4,8F 26 cm		
32.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	M	1
33	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO		
33.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm		
33.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	M	1
34	CATÉTERES URETERALES DOBLE J, DURACIÓN NO INFERIOR A 1 AÑO SILICONADO		
34.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 4,8F 26 cm		
34.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J ABIERTO ABIERTO, 6F 26 cm	M	1
35	CATÉTERES URETERALES DOBLE J TUMORALES		
35.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 6F 30 cm		
35.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J TUMORAL, 8F 30 cm	M	1
36	CATÉTERES URETERALES PARA ESTENOSIS URETERALES		
36.1	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 8F 26 cm	M	1
36.2	CATÉTER URETERAL DOBLE J, 10F 26 cm		
	DILATADORES PERCUTÁNEOS		
37	SET DE DILATADORES Y VAINAS P/ACCESO PERCUTÁNEO T/AMPLATZ	M	1
38	VAINA DE AMPLATZ, 14 Ch 17 cm		
39	VAINA DE AMPLATZ, 16 Ch 17 cm	M	1
40	VAINA DE AMPLATZ, 18 Ch 17 cm		
41	VAINA DE AMPLATZ, 20 Ch 17 cm		
42	VAINA DE AMPLATZ, 22 Ch 17 cm		
43	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 18F 17 cm	M	1
44	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 24F 17 cm		
45	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 17 cm	M	1
46	SET DILATACIÓN NEUMÁTICO P/TRAYECTO PERCUTÁNEO, 30F 21-23 cm		
	AGUJAS DE PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA		
47	AGUJA PUNCIÓN RENAL PERCUTÁNEA, 18G 20 cm	M	1
	NEFROSTOMÍA		
48	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO, 8 Ch	M	1
49	SET DE NEFROSTOMÍA COMPLETO CON DRENAJE TIPO SONDA 14/16 ch	M	1
50	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 6 Ch	M	1
51	CATÉTER DE RECAMBIO DE NEFROSTOMÍA, 8 Ch		
	TALLAS SUPRAPÚBICAS		
52	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 10 Ch	M	1
53	SET DE DRENAJE SUPRAPÚBICO, 12 Ch		

Nº LOTE/ SUBLOTE	DENOMINACIÓN	M Muestras a entregar	Nº MUESTRAS
	OTROS		
54	MATERIAL FUNGIBLE DE LITOFAGMENTACIÓN		
54.1	SONDA LITOTRÍCIA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x340 mm		
54.2	SONDA LITOTRÍCIA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 3,4x445 mm		
54.3	SONDA LITOTRÍCIA INTRACORPÓREA FRAGMENTACIÓN ULTRASÓNICA 1,9x445 mm		
54.4	COLECTOR FRAGMENTOS LITOTRÍCIA 200 cc 4 m		
55	EVACUADOR VESICAL PARA RTU	M	1
56	SET FUNGIBLE PARA INSTILACIÓN DE MITOMICINA	M (*)	1
57	KIT GUÍA DE PUNCIÓN PARA BIOPSIAS CON CONTROL ECOGRÁFICO	M	1
M(*): En el caso del lote 56, se deberá entregar muestra y realizar demostración del equipo en cesión			

Respecto de los lotes en que no se solicitan muestras de todos y cada uno de los artículos que conforman el grupo, se presupone que la calidad de los distintos artículos es la misma, variando únicamente los calibres o las características del artículo (tamaño, ...).

Por ello, en la oferta se hará referencia al compromiso de que la calidad de los artículos que componen cada grupo será igual que la del artículo cuya muestra se aporta.

De no ser así, deberán aportarse muestras de cada artículo, en las cantidades indicadas para el artículo de referencia.

Es condición imprescindible, el envío de muestras debidamente identificadas de todos los artículos ofertados.

Las muestras deberán presentarse en las condiciones óptimas de conservación. Se presentarán tal y como vayan a ser suministrados a las organizaciones peticionarias, siguiendo los criterios que se establecen en el presente apartado.

No se admitirán artículos que, siendo preceptiva, no contengan la referencia CE impresa.

6.1 – Lugar de presentación y nº de muestras

Las muestras se entregarán en la siguiente dirección:

CENTRO	DIRECCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	A LA ATENCIÓN DE
OSI ARABA-Sede SANTIAGO	C/ Olaguíbel, 27 01004 – Vitoria-Gasteiz	Quirófano	Iñaki Martínez

Las muestras se acompañarán con un albarán de entrega que deberá ir fuera del embalaje para su sellado de entrada por el centro.

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.

Las muestras deberán estar depositadas en la dirección arriba indicada, siendo el último día de presentación el día de vencimiento del plazo de presentación de ofertas. La falta de cumplimiento de este requisito puede ser causa de **EXCLUSIÓN**.

Las muestras se deberán entregar con el correspondiente albarán de entrega que deberá ir fuera del embalaje para su sellado de entrada por el centro.

Asimismo, a efectos de su constancia en el expediente de contratación, se deberá enviar copia del albarán de entrega a la dirección de correo electrónico:

contratacionadva.osiaraba@osakidetza.eus

6.2 - Normas para la identificación de las muestras

Las muestras deberán estar debidamente identificadas, con los siguientes datos:

- Nº de expediente
- Nº de lote (y sublote, en su caso)
- Nombre empresa ofertante
- Marca producto ofertado
- Referencia del artículo para el proveedor

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<**expediente**>>

Nº de Lote: <<**Lote**__ >>

Nombre empresa: <<**empresa**>>

Marca producto ofertado: <<**marca**>>

Referencia del artículo para el proveedor: <<**Refª proveedor**>>

El tamaño de la etiqueta no tiene importancia. La empresa ofertante la ajustará según tamaño de la muestra a aportar, teniendo en cuenta que en ningún caso deberá tapar datos esenciales del artículo.

El envase unitario que no reúna los requisitos de identificación, podrá quedar **EXCLUIDO**. La Comisión Técnica se reserva el derecho a excluir la oferta al lote.

7. CESIÓN EQUIPOS

Las empresas adjudicatarias de los **lotes 54 y 56**, durante la vigencia del contrato y sus prórrogas, deberán poner a disposición de la OSI ARABA, sin cargo alguno para ésta, los equipos indicados en el apartado 5 del Pliego, que en todos los casos han de ser equipos nuevos.

El régimen aplicable al equipamiento que las empresas adjudicatarias han de poner a disposición de la OSI Araba, será el que a continuación se detalla:

- La propiedad seguirá siendo del adjudicatario y su uso corresponde a la OSI Araba.
- Permanecerá en la OSI Araba durante el período de vigencia del contrato.
- El mantenimiento integral será por cuenta del adjudicatario, que se comprometerá a mantener el equipo permanentemente operativo para los usos requeridos, no generándose ningún cargo para el Hospital este concepto.
- Las reparaciones tendrán siempre el carácter de urgentes, debiendo proceder la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolución de todas las incidencias.
- En el caso de que la reparación del equipo no pueda realizarse en el propio Hospital o suponga la inutilización del mismo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo mientras dure la reparación.
- El adjudicatario deberá garantizar la adaptación del equipo a las mejoras técnicas que pudieran resultar de interés, así como proponer su sustitución por otro de mayores prestaciones, sin que ello implique una modificación de las condiciones económicas contratadas.
- La instalación y ubicación se realizará a petición de la OSI Araba, en el lugar que el Responsable de la misma indique, siendo por cuenta de la empresa adjudicataria los gastos que de ello se deriven.
- La empresa adjudicataria estará obligada a formar suficientemente a los usuarios en el adecuado manejo del equipo, conforme se indique por el Responsable del Centro.

8. FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el órgano de contratación.

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE (sólo para lotes 54 y 56)

Según “Dosier de Coordinación de actividades en materia de Prevención y Medio Ambiente” que se adjunta a la documentación del presente expediente.

El personal del adjudicatario deberá cumplir las normas laborales y las normas de Prevención de Riesgos Laborales, así como todo lo relativo a Medio Ambiente, comprometiéndose a entregar a la OSI Araba la documentación que le sea exigida para acreditar dicho cumplimiento.

La empresa adjudicataria adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación medioambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados y responderá de cualquier incidente causado. Para evitar tales incidentes, adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta manipulación de los residuos peligrosos.

Cumpliendo los procesos vigentes de medio ambiente, la empresa adjudicataria realizará las gestiones de reciclaje y gestión de residuos pertinentes.

La empresa adjudicataria se compromete a informar inmediatamente al Hospital sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos, aportando un informe escrito referente al hecho y a sus causas. El Responsable Técnico será el responsable frente al Hospital de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de carácter medio- ambiental, quedando a disposición de la Dirección de la OSI Araba para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la correcta gestión medioambiental.