



Pliego de bases técnicas Suministro de carros de parada para la OSI Bilbao Basurto Ex. 2024/00805

Contenido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2
2. PRESUPUESTO ESTIMADO	4

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Check list cumplimiento requisitos mínimos expediente Suministro carros de parada para la OSI Bilbao Basurto	
Requisitos mínimos Lote 1: Carros de parada Extrahospitalaria	
1.	Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304.
2.	Medidas 640 x 480 x 1005 mm altura (superficie trabajo-suelo).
3.	Bandeja superior polietileno con formas redondeadas y protección en los cuatro lados.
4.	Conjunto marco de cajones ISO de 600 x 400mm según norma ISO 3394.
4.1.	Frente de polietileno en color rojo, con asas ergonómicas y portatarjetas.
4.2.	5 cajones de ABS cerrados, 4 de 100 mm altura y 1 inferior de 200 mm.
4.3.	Cajones con apertura total, correderas de bolas de acero con sistema de retención y tope frontal.
5.	Ruedas dobles de 125 mm diámetro, dos de ellas antiestáticas y las otras dos con freno en el lado del tirador.
6.	Con barra de cierre de seguridad y bolsa de precintos de seguridad.
7.	Con tabla de masaje cardíaco y bandeja lateral abatible.
8.	Con soporte para bala de oxígeno y portasueros en acero inoxidable.
9.	Con tirador elevado.
10.	Con separadores para los cajones.
11.	Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
12.	Marcado CE como producto sanitario.
13.	Declaración CE de conformidad.
Requisitos mínimos Lote 2: Carros de parada Hospitalización	
1.	Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304.
2.	Medidas 640 x 480 x 1005 mm altura (superficie de trabajo-suelo).
3.	Bandeja superior polietileno con formas redondeadas y protección en los cuatro lados.
4.	Conjunto marco de cajones ISO de 600 x 400mm según norma ISO 3394.
4.1.	Frente de polietileno en color rojo, con asas ergonómicas y portatarjetas.
4.2.	5 cajones de ABS cerrados, 4 de 100 mm altura y 1 inferior de 200 mm.
4.3.	Cajones con apertura total, correderas de bolas de acero con sistema de retención y tope frontal.
5.	Ruedas dobles de 125 mm diámetro, dos de ellas antiestáticas y las otras dos con freno en el lado del tirador.
6.	Con barra de cierre de seguridad y bolsa de precintos de seguridad.

Check list cumplimiento requisitos mínimos expediente Suministro carros de parada para la OSI Bilbao Basurto	
7.	Con tabla de masaje cardíaco y bandeja lateral abatible.
8.	Con tirador elevado.
9.	Con separadores para los cajones.
10.	Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
11.	Marcado CE como producto sanitario.
12.	Declaración CE de conformidad.
Requisitos mínimos Lote 3: Carros de parada Pediatría	
1.	Estructura monobloque de acero inoxidable AISI-304
2.	Carro doble de medidas 900 x 630 x 980 mm altura (superficie trabajo-suelo)
3.	Bandeja superior polietileno con laterales elevados y formas redondeadas, con protección en los cuatro lados
4.	Conjunto marco de cajones ISO de 600 x 400mm según norma ISO 3394
4.1.	Frente de polietileno en color verde, con asas ergonómicas y portatarjetas
4.2.	Cajones con apertura total, correderas de bolas de acero con sistema de retención y tope frontal
4.3.	Lado izquierdo: 4 cajones de 100 mm altura y 1 inferior de 200 mm, todos ellos cerrados
4.4.	Lado derecho: 6 cajones cerrados de 100 mm de altura
4.5.	Cajones identificados de acuerdo al sistema de colores Broselow:
4.5.1.	Gris (3-5 kg)
4.5.2.	Rosado (6-7 kg)
4.5.3.	Rojo (8-9 kg)
4.5.4.	Lila (10-11 kg)
4.5.5.	Amarillo (12-14 kg)
4.5.6.	Blanco (15-18 kg)
4.5.7.	azul (19-23 kg)
4.5.8.	Naranja (24-29 kg)
4.5.9.	Verde (30-36 kg)
5.	Ruedas dobles de 100 mm diámetro, dos de ellas antiestáticas y las otras dos con freno en el lado del tirador.
6.	Con barra de cierre de seguridad y bolsa de precintos de seguridad
7.	Con tabla de masaje cardíaco
8.	Con separadores para los cajones

Check list cumplimiento requisitos mínimos expediente Suministro carros de parada para la OSI Bilbao Basurto

- | |
|---|
| 9. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia. |
| 10. Marcado CE como producto sanitario |
| 11. Declaración CE de conformidad |

2. PRESUPUESTO ESTIMADO

Lote	Descripción Lote	Uds.	Precio de licitación (sin IVA)	Total licitado (sin IVA)	Total licitado (con IVA)
1	Carro para extrahospitalaria 5 cajones 640x480mm	14	2.315,00 €	32.410,00 €	39.216,10 €
2	Carro parada hospitalización 5 cajones 640x480mm	2	2.080,00 €	4.160,00 €	5.033,60 €
3	Carro de parada pediátrico	2	3.047,00 €	6.094,00 €	7.373,74 €
Total max. licitación				42.664,00 €	51.623,44 €

Bilbao a 12/03/2024



Fdo. Nieves Escolano Picado

Adjunta de Recursos materiales de enfermería, Osi Bilbao Basurto