



Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de monitores inalámbricos para uso
con torres de laparoscopia de Cirugía General, OSI Bilbao Basurto
2024/01008***

Sumario

I. Objeto.....	2
II. Requisitos mínimos	2



I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad para el suministro de monitores inalámbricos para uso con torres de laparoscopia de Cirugía General, OSI Bilbao Basurto.

El motivo de la utilización del procedimiento negociado es el siguiente:

Artículo 168. a) 2º Cuando las **obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado**, por alguna de las siguientes razones: ... que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Esta exclusividad queda acreditada por el certificado que anexamos a este pliego.

Lote	Art.	Descripción art.	Precio ud. IVA exc.	Uds	Precio total IVA exc	Precio total IVA inc
1	1	Monitores inalámbricos para uso con torres de laparoscopia de cirugía general	16.500,00 €	5	82.500,00 €	99.825,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Requisitos mínimos

El **sistema incluye los siguientes componentes:**

1. Monitor.
2. Soporte ligero y transportable con ruedas.
3. Kit transmisión inalámbrica.
4. Kit recepción inalámbrica.
5. Llave Token.

Estas son las características técnicas mínimas de los equipos.

1. **Monitor:**
 - Tamaño pantalla: 32".
 - Resolución nativa máxima 4K.
 - Procesador de datos: 10 bits.
 - Angulo de visión: 178°.
 - Brillo: 540 cd/metros cuadrados.
 - Control por botones de acceso directo a funciones rápidas, y ruleta menú.

Suministro de accesorios para la conectividad de las bombas de infusión Infusomat para la OSI Bilbao Basurto.

- Entradas: Digital 1 x DVI-I; 2 x HDMI 4k, 1 x RS-232, 1 x USB-B.
- 4 salidas USB-A.
- Retroiluminación LED.
- Protección de pantalla interna y cobertura antirreflejos.
- Función bloqueo.
- Peso: 6,3 Kg.
- Grado médico.
- Equipo clase I.
- Grado IP55 en el frontal e IP43 en la trasera.

2. Soporte ligero y transportable con ruedas:

- Base con 5 ruedas, 1 pedal, poste de altura variable, adaptador de montaje y mango.
- Dos ruedas con frenos.
- Pedal para el ajuste de altura.
- Peso máximo soportado: 14,9 Kg.

3. Sistema de transmisión, recepción inalámbrica:

- Transmite señal sin comprimir 4K de forma inalámbrica.
- Sin retardo en la señal.
- Velocidad de vinculación de monitores, con un máximo de 2.
- Entradas y salidas HDMI.
- Receptor inalámbrico integrado en la pantalla.
- Coexistencia con otros dispositivos inalámbricos.
- Fácil actualización y renovación.
- Equipo médico de clase I.
- Peso 0,6 Kg receptor y 0,6 Kg transmisor.

Bilbao a 27 de marzo de 2024

Fdo. Javier Diago Fernández.

Responsable de Electromedicina de la OSI Bilbao Basurto.

