

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
plataformas electroquirúrgicas para la OSI Bilbao
Basurto
2024/01191***

Sumario

I. Objeto.....	2
II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro de plataformas electroquirúrgicas para la OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	1	Plataformas electroquirúrgicas	8.500,00 €	11	93.500,00 €	21,00%	113.135,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. 2024/01191 Suministro de 11 plataformas electroquirúrgicas de la OSI Bilbao Basurto.	
1. Lote 1. Plataforma electroquirúrgica multidisciplinar. Integran en el mismo equipo, funciones electrobisturí y sellado de vasos.	
1.1	Equipo compuesto con las funciones corte, coagulación y sellado de vasos
1.2	Basado en tecnología digital controlada por multimicroporcesadores.
1.3	Potencia de corte mínima de 300 W
1.4	Potencia de coagulación mínima de 100 W
1.5	Potencia de sellado mínima de 300 W
1.6	Frecuencia de trabajo mínima de 350 KHz
1.7	Sistema de coagulación monopolar y bipolar
1.8	Sistema de coagulación monopolar lenta para coagulación profunda
1.9	Sistema de coagulación monopolar sin contacto
1.10	Dotado de sistemas de protección con alarmas visuales y acústicas.
1.11	Equipo multiespecialidad, debiendo ser apto para su uso por los servicios de traumatología, endocrino, y urgencias

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. 2024/01191 Suministro de 11 plataformas electroquirúrgicas de la OSI Bilbao Basurto.	
1.12	Debe permitir el uso en cirugía abierta y laparoscópica.
1.13	Pantalla táctil LCD a color
1.14	Monitorización de la calidad de contacto.
1.15	Debe de estar dotado de un sistema de detección de desconexión de placa neutra, para la seguridad del paciente
1.16	Debe permitir el suministro automático de potencia continua
1.17	Peso máximo 12 Kg
1.18	Sellado de vasos de diámetro de hasta 7 mm
1.19	Debe permitir la conexión Plug and play de los diferentes instrumentos que se pueden conectar al equipo
1.20	Capacidad de almacenamiento mínima 1 Gb
1.21	Tamaño mínima de la pantalla táctil de 5"
1.22	Dos conectores mínimos para la conexión de instrumentos
1.23	Tiempo máximo de sellado 2 segundos

Bilbao a 23/04/2024



Fdo. Javier Diago Fernández, Responsable de Electromedicina.