

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
Sistema de verificación producto final en preparaciones
intravenosas para el Servicio de Farmacia, OSI Bilbao
Basurto.
2024/01190***

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro de Sistema de verificación producto final en preparaciones intravenosas para el Servicio de Farmacia, OSI Bilbao Basurto.**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	1	Sistema de verificación de producto final en preparaciones intravenosas	55.000,00 €	1	55.000,00 €	21,00%	66.550,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

1. Lote 1. Sistema de verificación de producto final en preparaciones intravenosas en Farmacia

- 1.1 Se suministrará junto con el equipo una impresora de etiquetas
- 1.2 Debe disponer de antena Wi-Fi, interna o externa al equipo
- 1.3 Las muestras a medir serán preparados de disoluciones líquidas transparentes
- 1.4 Dispositivo con espectrofotómetro de rango de longitud de onda ultravioleta-visible
- 1.5 El equipo debe incluir una lámpara de Xenon
- 1.6 Tamaño mínimo del monitor de 5"
- 1.7 Incluirá el sistema operativo Windows 10
- 1.8 Tendrá como mínimo 2 puertos USB
- 1.9 Dotado de pantalla táctil
- 1.10 Deberá lograr una precisión en la medida como máximo una variación del 3%
- 1.11 Deberá lograr una exactitud de medida de un rango, mas-menos 1,3% del objetivo
- 1.12 La gama espectral de medida será del rango 200-800 nm

Pliego de bases técnicas para el Suministro de Sistema de verificación producto final en preparaciones intravenosas para el Servicio de Farmacia, OSI Bilbao Basurto.

1. Lote 1. Sistema de verificación de producto final en preparaciones intravenosas en Farmacia

1.13 Peso máximo del equipo 9 Kg

1.14 Tamaño máximo del equipo: alto x ancho x fondo = 40 x 30 x25 en cm

1.15 Constante de tiempo máxima en la medición 3 segundos

1.16 Tamaño del haz luminoso mínimo de 5 mm

Bilbao a 23/04/2024



Fdo. Javier Diago Fernández, Responsable de Electromedicina.