

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
refrigeradores de farmacia que cumplan con la norma
DIN 58345 para la OSI Bilbao Basurto.
Exp. 2024/00868***

Sumario

I.	Objeto y presupuesto estimado	2
II.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	2

I. Objeto y presupuesto estimado

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **suministro de refrigeradores farmacia que cumplan con la norma DIN 58345 para la OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción artículo	Precio max licitación IVA Exc	Referido a unidades	Uds Estimadas 2 años	Importe total estimado 2 años IVA exc
12	1	Refrigerador farmacia norma DIN 58345 80 cm altura aprox.	1.270,00 €	1	108	137.160,00 €
	2	Refrigerador farmacia norma DIN 58345 1,85 cm altura aprox.	1.360,00 €	1	94	127.840,00 €
		Total Refrigerador para farmacia				265.000,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

Check list requisitos mínimos para el expediente 2024/00868 Suministro de equipamiento de uso clínico para la OSI Bilbao Basurto	
1. Lote 1: Refrigerador para farmacia cumpla norma DIN 58345.	
1.1. Art.1.Refrigerador para farmacia 82 ± 2cm altura	
1.1.1.	Frigorífico para medicamentos y/o vacunas que cumpla Norma DIN 58345 o equivalente.
1.1.2.	Rango de temperatura regulable (+2° +8°).
1.1.3.	Medidas exteriores: 82 ±2cm altura x 60 ±2cm anchura x 64 ±4cm profundidad
1.1.4.	Puerta de cristal con doble cristal de seguridad.
1.1.5.	Acabado exterior acero color blanco o inoxidable
1.1.6.	Acabado interior ABS color blanco.
1.1.7.	3 estantes regulables con sistema antivuelco.
1.1.8.	Luz interior led.
1.1.9.	Puerta reversible con sistema de autocierre automático.
1.1.10.	Cerradura con llave.
1.1.11.	Dos ruedas traseras más dos patas regulables.
1.1.1.	Descongelación automática.

Check list requisitos mínimos para el expediente 2024/00868 Suministro de equipamiento de uso clínico para la OSI Bilbao Basurto
1.1.13. Termostato de seguridad para evitar congelaciones
1.1.14. Alarma óptica y acústica para temperaturas altas/ bajas.
1.1.15. Alarma varias: puerta abierta, fallo sonda, fallo suministro eléctrico.
1.1.16. Batería externa + 12 h.
1.1.17. Posibilidad de conexión a un sistema externo de alarma.
1.1.18. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
1.1.19. Marcado CE como producto sanitario.
1.1.20. Declaración CE de conformidad.
1.2. Art.2.Refrigerador para farmacia 1.85 ±2 cm altura
1.2.1. Frigorífico para medicamentos y/o vacunas que cumpla Norma DIN 58345 o equivalente.
1.2.2. Rango de temperatura regulable (+2° +8°).
1.2.3. Medidas exteriores 1.85 ±2 cm altura x 62 ±2 cm anchura x 65 cm ±10 cm de profundidad.
1.2.4. Puerta de cristal con doble cristal de seguridad.
1.2.5. Acabado exterior acero color blanco o inoxidable
1.2.6. Acabado interior ABS color blanco.
1.2.7. 5 estantes regulables con sistema antivuelco.
1.2.8. Luz interior led.
1.2.9. Puerta reversible con sistema de autocierre automático.
1.2.10. Cerradura con llave.
1.2.11. Dos ruedas traseras más dos patas regulables.
1.2.1. Descongelación automática.
1.2.13. Termostato de seguridad para evitar congelaciones
1.2.14. Alarma óptica y acústica para temperaturas altas/ bajas.
1.2.15. Alarma varias: puerta abierta, fallo sonda, fallo suministro eléctrico.
1.2.16. Batería externa + 12 h.
1.2.17. Posibilidad de conexión a un sistema externo de alarma.
1.2.18. Cumplimiento del RD 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios y de la restante normativa vigente en la materia.
1.2.19. Marcado CE como producto sanitario.
1.2.20. Declaración CE de conformidad.

Bilbao

IÑAKI SAEZ
LARRUCEA
78887496A

Firmado digitalmente
por IÑAKI SAEZ
LARRUCEA - 78887496A
Fecha: 2024.03.14
08:34:06 +01'00'

Fdo. Iñaki Sáez Larrucea.

Responsable de mantenimiento de instalaciones, Servicio de Infraestructuras y Equipamientos.