

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN:

La OSI Debagoiena precisa ampliación de dotación de palas de videolaringoscopios de difícil intubación para el servicio de anestesia y dotación de monitor y palas para el Servicio de Urgencias para el manejo de las vías aéreas difíciles.

ASPECTOS LEGALES

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple la legislación vigente, Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios, Reglamento (UE) 2017/745, y demás normativa de desarrollo sobre productos sanitarios, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 en lo concerniente al Software incluido, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de marcado CE de los productos.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su entrega, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

LOTE 1: PALAS DE VIDEOLARINGOSCOPIO MODELOS C-MAC

- Compatible con monitores modelo 8403XDK (Pocket-Monitor) y 8404ZXK
- Espátula de laringoscopio MACINTOSH tamaños 2,3,4 y D-Blade
- Reutilizables
- Documentación de imágenes y secuencias de vídeo por medio de BlueButton,
- Validado para los métodos de desinfección a baja temperatura hasta máximo de 60º C.
- Posibilidad de realizar limpieza y desinfección manual/mecánica.
- Visualización en HD (800 px).

LOTE 2: MONITOR + PALAS DE VIDEOLARINGOSCOPIOS MODELO C-MAC

Monitor:

- Monitor LCD
- Tamaño de pantalla 3,5"
- Monitor con dos ejes de giro
- Pilas recargables
- Autonomía mínima de 1 hora
- Tiempo de carga 2 horas
- Sistema interno de captación de imágenes y grabación de vídeos que puedan ser posteriormente exportables.
- Almacenamiento de imágenes y secuencias de vídeo en disco duro
- Clase de protección: IPX8,

Palas de Videolaringoscopios modelos C-MAC

- Compatible con monitores modelo 8403XDK (Pocket-Monitor) y 8404ZXK
- Espátula de laringoscopio MACINTOSH tamaños 3,4 y D-Blade
- Reutilizables
- Documentación de imágenes y secuencias de vídeo por medio de BlueButton,
- Validado para los métodos de desinfección a baja temperatura hasta máximo de 60º C.
- Posibilidad de realizar limpieza y desinfección manual/mecánica.
- Visualización en HD (800 px)

En Arrasate –Mondragón

Begoña Arnedo Gonzalez
Anestesista de la OSI Debagoiena

Federico Melgosa Latorre
Jefe de Servicio de Urgencias

Documento firmado por: FEDERICO
MELGOSA LATORRE
En la fecha 01.03.2024 13:24:59 CET

Documento firmado por: BEGOÑA
ARNEDO GONZALEZ
En la fecha 01.03.2024 14:56:54 CET