

***Pliego de bases técnicas para el Suministro de
equipamiento para el Servicio de urología de la OSI
Bilbao Basurto
2024/01496***

Sumario

I.	Objeto.....	2
II.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado	2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro de equipamiento para el Servicio de urología de la OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Descripción Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	Equipamiento para la realización de la técnica morcelación para urología	1	Motor, pieza de mano y bomba de aspiración	28.379,88 €	1	28.379,88 €	21,00%	34.339,65 €
1	Equipamiento para la realización de la técnica morcelación para urología	2	Resectores	10.834,17 €	1	10.834,17 €	21,00%	13.109,35 €
1	Equipamiento para la realización de la técnica morcelación para urología	3	Accesorios	3.070,03 €	1	3.070,03 €	21,00%	3.714,74 €
2	Cistoscopio flexible	1	Cistoscopio flexible	4.899,51 €	1	4.899,51 €	21,00%	5.928,41 €
Total Suministro de equipamiento para el S. de urología de la OSI Bilbao Basurto						47.183,59 €		57.092,15 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Suministro de sistema morcelación y cistoscopio para el servicio Urología de la OSI Bilbao Basurto.

1. Lote 1. Equipamiento para la realización de la técnica morcelación para urología

1.1. Motor, pieza de mano y bomba de aspiración

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Suministro de sistema morcelación y cistoscopia para el servicio Urología de la OSI Bilbao Basurto.

1.1.1 El motor, pieza de mano bomba de aspiración, estará accionado mediante pedal.

1.1.2 La pieza de mano permitirá la adaptación de cuchillas reutilizables

1.1.3 Adaptación de la morcelación al tejido, el sistema deberá poder adaptarse a las propiedades del tejido mediante el ajuste de la velocidad.

1.1.4 El motor deberá mostrar un rendimiento constante en todo el rango de velocidades.

1.1.5 Deberá mostrar alta potencia de aspiración. La presión del vacío será como mínimo de 75kPa.

1.1.6 El Diámetro de la cuchilla, como máximo de 6 mm

1.1.7 La cuchilla de morcelación dispondrá de una ventana lateral biselada en forma de "gota de agua", con movimiento oscilante izquierda-derecha, para una mayor seguridad.

1.1.8 La capacidad mínima del recipiente del aspirador debe de ser de 1 litro

1.1.9 El pedal deberá disponer de dos niveles de actuación

1.2. Resectores

1.2.1 Deben disponer de óptica de visión frontal de gran angular de 6°, con ocular oblicuo, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado y canal de trabajo

1.2.2 Deben de disponer de Adaptador compatible con óptica y vaina exterior del resectoscopio.

1.2.3 Deben de disponer de un recipiente para esterilización y almacenamiento

1.2.4 Deben incluir 2 niveles de almacenamiento del recipiente para esterilización

1.2.5 El tamaño máximo del recipiente para esterilización deberá ser de 550 x 270 x 150 mm

1.2.6 La vaina del resector tendrá el extremo exterior biselado, una vaina interior giratoria y aislamiento de cerámica

1.2.7 La óptica de visión foroblicua panorámica de 30°, se deberá poder esterilizar en autoclave y dispondrá de un conductor de luz de fibra óptica incorporado

1.2.8 Deberán disponer de un elemento de trabajo para utilizar con las vainas de 24/26 y sondas láser de hasta 0,8 m

1.2.9 Deberá disponer de un obturador para vainas de 24/26

1.3. Accesorios

1.3.1 Se aportará un recogedor de muestras de puerto grande. Longitud de 23 cm

1.3.2 Se aportará un recipiente recolector de capacidad mínima de 8 litros

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Suministro de sistema morcelación y cistoscopio para el servicio Urología de la OSI Bilbao Basurto.

1.3.3 Se aportará un tubo de aspiración estéril

1.3.4 Se aportará un filtro antibacteriano para aspiración con bomba de vacío, no estéril

2. Lote 2. Citoscopio flexible

2.1 Deberá tener un diseño de punta cónica.

2.2 Deberá incluir la posibilidad de bloqueo de la angulación.

2.3 Su eje será de rigidez variable.

2.4 Dispondrá de un campo visual mínimo de 100°

2.5 Deberá ser compatible en su aplicación en intervenciones electroquirúrgicas.

2.6 Deberá poder ser controlado con una mano en la aspiración.

2.7 La profundidad de campo deberá estar entre 3-50mm

2.8 La longitud de trabajo mínima será de 350 mm

2.9 El diámetro interior del canal será como mínimo de 2 mm

2.10 La distancia mínima visible será de 4 mm

2.11 El rango de angulación será de 180° (arriba) hasta 100° (abajo)

Bilbao a 24/05/2024

Javier Diago Fernández
Elektromedikuntzako arduraduna
Responsable de electromedicina**Osakidetza**BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Fdo. Javier Diago Fernández, Responsable de Electromedicina.