Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Pliego de bases técnicas para el Suministro de equipos de alto flujo para pediatría y urgencias de la OSI Bilbao Basurto 2024/01900

Contenido

I. Objeto 2

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado 2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el **Suministro de equipos de alto flujo para pediatría y urgencias de la OSI Bilbao Basurto**, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	1	Equipos de alto flujo para pediatría y urgencias de la OSI Bilbao Basurto	12.810,92 €	4	51.243,68 €	21,00%	62.004,85 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

El equipo a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Equipos de alto flujo para pediatría y urgencias
1. Lote 1. Equipos de alto flujo para pediatría y urgencias. 2 equipos para pediatría y 2 equipos para urgencias
1.1 El equipo de alto flujo dispondrá de humidificador integrado
1.2 La pantalla debe ser táctil
1.3 El equipo se podrá usar indistintamente, en un único modo, con pacientes pediátricos y adultos
1.4 Tendrá disponible dos modos de entrada de oxígeno: a alta presión y a baja presión
1.5 La entrada de alta presión se hará a través del suministro de oxígeno de la pared o a través del regulador de una botella de oxígeno
1.6 La entrada a baja presión será a través de un caudalímetro con analizador de oxígeno ultrasónico integrado
1.7 Estará equipado con una batería integrada que permita un uso del equipo de 20 minutos como mínimo

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Equipos de alto flujo para pediatría y urgencias
1.8 Dispondrá de un rango de flujo comprendido entre 2 y 50 l/min
1.9 Llevará integrado un puerto USB para la conexión de pulsioxímetro
1.10 Incluirá un palo soporte, con cuatro ruedas mínimo y dos de ellas con freno. Además llevará compartimentos para dos botellas de oxígeno y para los accesorios
1.11 Incluirá cable de conexión para sensores SpO_2
1.12 Incluirá sensor SpO_2
1.13 Incluirá todos los accesorios necesarios para su funcionamiento (tubos entrada O2,...)

Bilbao a 04/07/2024

Javier Diago Fernández
Elektromedikuntzako arduraduna
Responsable de electromedicina
Osakidetza
BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Fdo. Javier Diago Fernández, Responsable de Electromedicina.

✉ Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
💻 concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus