Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Servicio de mantenimiento del equipo Kube Sink para la OSI Bilbao Basurto 2024/01026

Contenido

I. Objeto 2

II. Prescripciones generales. 2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad para el Servicio de mantenimiento del equipo Kube Sink para la OSI Bilbao Basurto.

El motivo de la utilización del procedimiento negociado es el siguiente:

*Artículo 168. a) 2º Cuando las **obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado**, por alguna de las siguientes razones: … que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.*

El equipo objeto de mantenimiento es propiedad de la OSI Bilbao Basurto y requiere, para su correcto uso, del mantenimiento de la empresa AD - TECH IBERICA, S.L. B95561106, quien tiene otorgada la exclusividad del servicio por la empresa fabricante del equipo ACTINI SAS (Z.A de Montigny n°3, 74500 Maxilly-sur-Léman, Francia - SIRET N°39814763700035)

Lote	Art.	Descripción art.	Precio ud. IVA exc.	Meses	Precio total IVA exc	Precio total IVA inc
1	1	Servicio de mantenimiento del equipo Kube Sink	794,75 €	36	28.611,00 €	34.619,31 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Prescripciones generales.

Estas son los requisitos mínimos que debe cumplir el servicio contratado.

Servicio de mantenimiento estándar
Válvulas de proceso y accesorios
Accesorios para tuberías de proceso
Reemplazo de juntas de conexión a proceso
Válvulas de proceso
Registro contador de válvulas
Reemplazo de juntas de válvulas de bola cada 3 años.
Reemplazo de las membranas de válvulas de membrana cada año.
Prueba de funcionamiento de apertura y cierre válvulas manuales y automáticas.
Tanque de almacenamiento
Tanque de almacenamiento y tratamiento.
Inspección visual del tanque.

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Servicio de mantenimiento estándar
Limpieza por llenado si fuera necesario.
Inspección general
Estado general de la máquina y su entorno.
Daño material.
Estado de la máquina, tanque, tanque de tratamiento, fregadero(presencia de partículas de sólidos)
Aprete de tornillos.
Estado funcionamiento pantalla táctil.
Backup y recuperación de datos SD.
Imágenes (máquina, parámetros, contadores)
Cuadro eléctrico y cableado externo.
Apriete de terminales eléctricos.
Control de cableado externo.
Control del valor óhmico de la resistencia
Test, informe y seguimiento
Test de funcionamiento estándar.
Parámetros de control.
Realización de dos ciclos de descontaminación.
Recopilación de datos y formato de curvas
Informe de servicio de mantenimiento.
El informe del servicio de mantenimiento será entregado por Actini una semana después del
final de la intervención. (Descripción de tareas, hoja de registros, hoja de control de calibración,
hoja de prueba de presión, lista de repuestos, observaciones y comentarios sobre la instalación)
Línea directa prioritaria
Avisos y recomendaciones.
Control por acceso remoto si es posible.
Recambios
Aportación de recambios mantenimiento preventivo

Bilbao a 29 de julio de 2024

Fdo. Iñaki Saez Larrucea.
Responsable Mantenimiento de Instalaciones.
Servicio de Infraestructuras y equipamiento.

IÑAKI SAEZ LARRUCEA - 78887496A
Firmado digitalmente por IÑAKI SAEZ LARRUCEA - 78887496A
Fecha: 2024.07.29 07:56:05 +02'00'

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD