



***Servicio de mantenimiento monitores hemodinámicos para la unidad coronaria
para la OSI Bilbao Basurto
2024/02219***

Contenido

I. Objeto.....	2
II. Prescripciones generales.	2

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento negociado por exclusividad para el Servicio de mantenimiento monitores Edwards para la OSI Bilbao Basurto.

El motivo de la utilización del procedimiento negociado es el siguiente:

Artículo 168. a) 2º Cuando las **obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado**, por alguna de las siguientes razones: ... que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Con fecha 13/09/2021 se formalizó con la empresa EDWARDS LIFESCIENCES, S.L. B96954078, el contrato derivado del expediente 2021/01803 "Suministro de 4 monitores hemodinámicos para la Unidad Coronaria ubicada en el pabellón Allende del Hospital Universitario Basurto, Osi Bilbao Basurto". Finalizado el plazo de garantía derivado de dicha adjudicación, es preciso continuar con el mantenimiento de los equipos, que únicamente puede ser prestada por la empresa fabricante, tal y como consta en el certificado de exclusividad que se adjunta.

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Umb	Años	Equipos	Total max licit sin IVA	Total max licit con IVA
1	1	Servicio de mantenimiento monitores hemodinámicos	3.500,00 €	Años	3	4	42.000,00 €	50.820,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del expediente que las descripciones técnicas del mantenimiento de los equipos objeto del contrato.

II. Prescripciones generales.

La prestación del servicio de mantenimiento de los monitores tendrá que cumplir con las especificaciones, establecidas como mínimas en este apartado.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Contrato mantenimiento monitores hemodinámicos U. CORONARIA

1.1 Se hará el mantenimiento correctivo y un mantenimiento preventivo anual a los equipos

1.2 Se incluye un equipo de sustitución en caso de necesidad, mientras se repara el equipo.

1.3 Se incluye la actualización de software.

Check list cumplimiento requisitos mínimos Exp. Contrato mantenimiento monitores hemodinámicos U. CORONARIA

1.4 Se sustituirán los cables caducados.

1.5 Se incluyen los materiales de repuesto, tanto en el mantenimiento correctivo como en el preventivo.

1.6 La limpieza y descontaminación de los equipos, las hará el adjudicatario.

1.7 Se compromete a dar un tiempo de respuesta de menos de 48 horas.

1.8 Se incluye el cambio de baterías.

1.9 Se incluye el transporte de los equipos.

1.10 Queda excluida cualquier avería por mal uso, este mal uso deberá quedar bien determinado y debidamente informado.

Bilbao a 25 de agosto de 2024

Fdo. Javier Diego Fernández
Responsable de electromedicina, OSI Bilbao Basurto.