Osakidetza

BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Pliego de bases técnicas para el Suministro de equipo de Potenciales Evocados de estado estable para Neurofisiología, OSI Bilbao Basurto 2024/02619

I. Objeto

El objeto del presente documento es describir las Prescripciones Técnicas que debe reunir el Procedimiento que se convoca para el Suministro de equipo de Potenciales Evocados de estado estable para Neurofisiología, OSI Bilbao Basurto, así como sus condiciones de suministro, instalación y puesta en marcha.

Lote	Art	Descripción art	Precio licit ud sin IVA	Uds	Total max licit sin IVA	%IVA	Total max licit con IVA
1	1	Equipo Potenciales Evocados de estado estable.	28.000,00 €	1	28.000,00 €	21,00%	33.880,00 €

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas del/los equipos a adquirir.

II. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del equipo solicitado

Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición y características establecidas como mínimas en este apartado. Si alguna de las características establecidas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión.

Requisitos mínimos Exp. Suministro de Equipo Potenciales Evocados de estado estable para el Servicio de Neurofisiología de la OSI Bilbao Basurto
1. Lote 1. Suministro de Equipo Potenciales Evocados de estado estable para el Servicio de Neurofisiología de la OSI Bilbao Basurto.
1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO
1.1.1 Aplicaciones clínicas: Audiología y pacientes con necesidades especiales.

Requisitos mínimos Exp. Suministro de Equipo Potenciales Evocados de estado estable para el Servicio de Neurofisiología de la OSI Bilbao Basurto
1.1.2 El sistema está compuesto de Hardware (de detección) con PC.
1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.2.1 Características del PC:
1.2.1.1 El sistema operativo será de Windows 10.
1.2.1.2 Tendrá Bluetooth.
1.2.1.3 El PC, tendrá 2 puertos USB.
1.2.1.4 Dispondrá de un tamaño del monitor, mínimo 15".
1.2.1.5 El monitor tendrá una resolución mínima de 1920x1080.
1.2.1.6 Tendrá un tamaño del disco duro, 128Gb, mínimo.
1.2.1.7 Tendrá un tamaño de la memoria RAM, 4Gb, mínimo.
1.2.2 Características del módulo:
1.2.2.1 Rango de muestreo superior a 38.000 muestras por segundo.
1.2.2.2 Resolución de 24 bits.
1.2.2.3 Peso menor de 3Kg.
1.2.2.4 El módulo se podrá usar tanto con pilas como con baterías recargables.
1.2.3 Tecnologías de prueba:
1.2.3.1 ABR: Potenciales Evocados Auditivos de tronco encefálico.
1.2.3.2 ECochG: Electrococleografía no invasiva.
1.2.3.3 MLR Y LLR: Respuestas auditivas evocadas de latencia media y tardía.
1.2.3.4 ASSR: Respuesta Auditiva en Estado Estable completamente automática.
1.3 SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES
1.3.1 Software de Análisis: Herramientas avanzadas de análisis y procesamiento de datos.
1.3.2 Se actualizará el software durante el tiempo de vida del equipo.
1.3.3 Se podrán hacer informes personalizables para imprimir o guardar en PDF con o sin nombre del paciente.
1.3.4 Se dispondrá de la posibilidad de exportar resultados tras la prueba.

Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus

Requisitos mínimos Exp. Suministro de Equipo Potenciales Evocados de estado estable para el Servicio de Neurofisiología de la OSI Bilbao Basurto
1.3.5 Las pruebas se podrán ordenar según el orden de recopilación o el tipo y nivel de estímulo, desde recién nacidos hasta adultos.
1.3.6 La visualización de las formas de onda tendrán cuatro niveles de suavizado, y comentarios.
1.4 NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES
1.4.1 Cumplirá la normativa DE/CA09/0170/V07/006-03CE.
1.4.2 Cumplirá la normativa DE/CA09/0170/V07/007-04.

Bilbao a 23/10/2024

Javier Diago Fernández
Elektromedikuntzako arduraduna
Responsable de electromedicina
Osakidetza
BILBO-BASURTUKO
ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA
BILBAO-BASURTO

Fdo. Dr. Javier Diago Fernández, Responsable de electromedicina.

✉ Avda. Montevideo, 18,
48013 BILBAO (BIZKAIA)
concursos.osibilbaobasurto@osakidetza.eus