

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE 2024/02650

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PHILIPS DE LA OSI ARABA**

1. INTRODUCCIÓN

El Servicio de Mantenimiento de Equipos de electromedicina Philips está incluido en el epígrafe MANTENIMIENTO DE ELECTROMEDICINA del ANEXO V del Acuerdo de 19 de diciembre de 2023, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, declarándolo de carácter estratégico y contratación corporativa.

Habiendo resultando autorizada su tramitación por la Directora General de Osakidetza a la OSI Araba, la vigencia temporal de este expediente está condicionada, de acuerdo con esta Autorización, al momento en que la Organización Central de Osakidetza formalice contrato para el objeto del presente expediente, momento en que procedería la resolución total o parcial del este contrato.

2. OBJETO DEL SERVICIO

El objetivo de esa prestación es el mantenimiento de las mejores condiciones operativas de los equipos que a continuación se relacionan:

Nº LOTE SUBLOTE	SEDE	EQUIPO	Nº SERIE	Identificación Philips	FECHA INICIO PRESTACIÓN	PRESUPUESTO MENSUAL (SIN IVA)	PRESUPUESTO MÁXIMO ANUAL (SIN IVA)	PRESUPUESTO MÁXIMO DOS AÑOS (SIN IVA)
1 MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMEDICINA MARCA PHILIPS OSI ARABA								
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEDE TXAGORRITXU								
1.1	TXAGORRITXU	ANGIÓGRAFO AZURION 7 M20	2175	ES6600619723 102608066	09/07/2025	5.833,33 €	69.999,96 €	139.999,92 €
1.2	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION 70	2516	ESA6600565130 96492858	24/03/2025	1.079,17 €	12.950,04 €	25.900,08 €
1.3	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION 70	2442	ESB6600564807 96483972	26/04/2025	1.079,17 €	12.950,04 €	25.900,08 €
1.4	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION 70	2443	ESF6600564807 96483975	26/04/2025	1.079,17 €	12.950,04 €	25.900,08 €
1.5	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION 70	2440	ESK6600564807 96483980	28/04/2025	1.079,17 €	12.950,04 €	25.900,08 €
1.6	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ ELITE	US819C0296	ES6600441206 81642919	15/09/2024	633,33 €	7.599,96 €	15.199,92 €
1.7	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ 5G	US120C0409	ES6600458872 83661851	FECHA CONTRATAC.	633,33 €	7.599,96 €	15.199,92 €
1.8	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ CVx	US622B1326	ES6600581065 98270390	15/06/2024	727,08 €	8.724,96 €	17.449,92 €
1.9	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ 5G	US120C0408	ESA6600458872 83661854	FECHA CONTRATAC.	633,33 €	7.599,96 €	15.199,92 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS SEDE SANTIAGO								
1.10	SANTIAGO	ZENITION 70	2025	ESB6600565130 96492859	FECHA CONTRATAC.	1.079,17 €	12.950,04 €	25.900,08 €
1.11	SANTIAGO	PET/TAC	14/ES6600087	ES6600149156 55630528	FECHA CONTRATAC.	7.333,33 €	87.999,96 €	175.999,92 €
1.12	SANTIAGO	BV PULSERA MOBILE X-RAY	1402	ES6600087605 49744981	FECHA CONTRATAC.	375,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €
1.13	SANTIAGO	ANGIÓGRAFO AZURIÓN B20/15	97	ES6600508042 89488326	FECHA CONTRATAC.	7.250,00 €	87.000,00 €	174.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO (sin IVA)								691.549,92 €
TOTAL PRESUPUESTO MÁXIMO (con IVA)								836.775,40 €

El mantenimiento de los aparatos listados se iniciará en la fecha que consta para cada uno de ellos en la columna "FECHA INICIO PRESTACIÓN".

3. COBERTURA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

En términos generales la cobertura supondrá:

- **Mantenimiento Preventivo:** según la periodicidad establecida por el fabricante.
- **Mantenimiento Correctivo:** mano de obra, desplazamientos.
- **Mantenimiento técnico-legal:** inspecciones reglamentarias y el preventivo por requerimiento legal.

a) **Mantenimiento preventivo:**

Las intervenciones de carácter preventivo son las descritas en el apartado 4. Estas revisiones estarán basadas en las recomendaciones de seguridad y protección CEI/IEC 601.1 o UNE 20-613-97, y con especial relevancia a los aspectos de calidad de imagen y seguridad eléctrica y radiológica.

En dichas intervenciones se procederá al chequeo de los parámetros operativos del sistema y a la revisión del funcionamiento de cada componente, procediendo en su caso al ajuste de las desviaciones encontradas, así como a la sustitución gratuita de piezas de naturaleza perecedera o encontradas defectuosas. Asimismo, se procederá a las actualizaciones de software necesarias sobre la totalidad de los equipos objeto del contrato.

El calendario de revisiones se establecerá al principio del período de vigencia del Contrato, de mutuo acuerdo con el Hospital, con objeto de adecuar las mismas a las necesidades de organización y de prestación de la asistencia.

b) **Mantenimiento correctivo:**

Serán atendidos por parte de Philips cuantos avisos se produzcan desde los Servicios Técnicos de la OSI Araba, notificando cualquier anomalía detectada en el funcionamiento del equipo.

A tal efecto, y para facilitar una comunicación sencilla y rápida, Philips División Sistemas Médicos pondrá a disposición de la OSI Araba un **Servicio de Recepción de Llamadas** operativo todos los días laborables del año (sin exclusión de fiestas locales) facilitando así el contacto con el usuario y/o con el técnico correspondiente de la OSI Araba, y poder determinar el alcance del problema, personándose en centro sanitario que corresponda, si fuera necesario.

En todo caso, dicha visita se producirá en un plazo no superior a 8 horas laborables desde la recepción del aviso. El objetivo es garantizar, para cualquiera de los equipos, una disponibilidad del 95%, sobre la base de 8 horas/día y 5 días/semana, excluyendo el tiempo dedicado a mantenimiento programado.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo incluirán el coste del tiempo empleado por los técnicos, los gastos de desplazamiento, el coste de todos los trabajos y las piezas de recambio necesarias, con las excepciones señaladas en el apartado 4.

c) **Cobertura Técnico-Legal**

El equipo sometido a legislación específica dispondrá adicionalmente de un Libro donde se reflejarán todas las intervenciones Preventivas, Correctivas y Legales. Se dispondrá de los Manuales de Mantenimiento Técnico Legal de Equipos Electro-médicos específicos.

El mantenimiento Técnico-Legal será realizado sobre el equipo que, de acuerdo a las especificaciones de la legislación, reglamentos, directrices, normas o recomendaciones, industriales o sanitarias, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, lo requiera.

El adjudicatario será responsable de actualizar y cumplimentar el Libro.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación a la Dirección de la OSI Araba de cualquier cambio de la legislación que pudiera tener lugar durante la vigencia de este contrato, y que obligará a la modificación total o parcial de los equipos incluidos en el ámbito de este contrato de mantenimiento.

En el informe se analizarían e identificarían los equipos en orden a su adecuación a los Reglamentos y Normativas vigentes, así como la detección de deficiencias que deban ser manifestadas y subsanadas, y aquellas que queden comprendidas en el ámbito de este contrato.

4. INCLUSIONES, EXCLUCIONES Y PREVENTIVOS ANUALES

EQUIPOS PHILIPS					
Nº LOTE/ SUBLOTE	SEDE	EQUIPO	Nº SERIE	COBERTURA	PREVENTIVOS ANUALES
1.1	TXAGORRITXU	ANGIÓGRAFO AZURION	2175	Incluye Tubo RX y Detectores digitales, Excluye inyectoras y elementos adyacentes al sistema	2
1.2	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION	2516	Incluye Tubo RX y Detectores digitales	1
1.3	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION	2442	Incluye Tubo RX y Detectores digitales	1
1.4	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION	2443	Incluye Tubo RX y Detectores digitales	1
1.5	TXAGORRITXU	ARCOS EN C Modelo ZENITION	2440	Incluye Tubo RX y Detectores digitales	1
1.6	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ ELITE	US819C0296	Incluye cobertura de sondas convencionales, excluye sondas TEE	1
1.7	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ 5G	US120C0409	Incluye cobertura de sondas convencionales, excluye sondas TEE	1
1.8	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ CVx	US622B1326	Incluye cobertura de sondas convencionales, excluye sondas TEE	1
1.9	TXAGORRITXU-CCEE	ECÓGRAFO Modelo EPIQ 5G	US120C0408	Incluye cobertura de sondas convencionales, excluye sondas TEE	1
1.10	SANTIAGO	ZENITION 70	2025	Incluye Tubo RX y Detectores digitales	1
1.11	SANTIAGO	PET/TAC	17014/ES660008 7605	Incluye tubo RX , excluye cristales fotomultiplicadores y fuentes radioactivas	2
1.12	SANTIAGO	BV PULSERA MOBILE X-RAY	6600087605	Excluye tubo RX e intensificador de imagen	1
1.13	SANTIAGO	ANGIÓGRAFO AZURIÓN	97	Incluye cobertura de 2 tubos de RX y 2 detectores digitales	2