



***Pliego de bases técnicas para el suministro de fungible para el sistema
de insuflación inteligente Airseal de la OSI Bilbao Basurto.
Exp 2022/03340***

SUMARIO

I.	Objeto del contrato	2
II.	Aspectos legales	2
I.	Descripción y especificaciones técnicas mínimas del fungible solicitado	2
II.	Presupuesto estimado para 3 años.	4



I. Objeto del contrato

Mediante esta contratación se pretende cumplimentar las necesidades actuales de SUMINISTRO DE FUNGIBLE PARA EL SISTEMA DE INSUFLACIÓN INTELIGENTE AIRSEAL DE LA OSI BILBAO BASURTO.

El producto objeto de contratación se considera necesario para la prestación de asistencia sanitaria en las organizaciones de servicios de Osakidetza. No disponiendo de medios materiales ni humanos necesarios para abastecerse se considera idónea la contratación externa. El Procedimiento elegido es el negociado por exclusividad.

La empresa PRIM, S.A. es la distribuidora en exclusiva según consta en los certificados que se adjuntan a este pliego.

II. Aspectos legales

Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el material ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que sea de aplicación, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su aplicación. Asimismo, deberán acompañar a la ficha técnica de los productos la copia de los certificados de **mercado CE de los productos**.

Los productos y accesorios deberán estar conformes, en el momento en que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada para cada uno de los equipos que oferten.

Así mismo, cuando corresponda, se acreditarán las certificaciones que se precisen derivadas de cualquier otra normativa que sea de aplicación.

I. Descripción y especificaciones técnicas mínimas del fungible solicitado

Los licitadores, en su oferta técnica deberán acreditar el cumplimiento de cada una de las características mínimas exigidas en este apartado, a través de un documento denominado "Prescripciones técnicas mínimas". Para ello, siguiendo el guion indicado a continuación, indicarán la siguiente información

- Columna A: Característica mínima exigida.
- Columna B: Cumple: si/no.
- Columna C: Justificación del cumplimiento.
- Columna D: Referencia a la página de su oferta en la que se acredita el cumplimiento.

pág 2 de 4 pags.



Todos los catálogos e información técnica sobre el producto deberán estar en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma. El objeto de este documento es confirmar que la oferta del licitador cumple con todas y cada una de las características mínimas exigidas a continuación.

Requisitos mínimos exp 2022/03340 Suministro de fungible para el sistema de insuflación inteligente Airseal de la OSI Bilbao Basurto.**Requisitos mínimos Lote 1. Art. 1 EQUIPO TUBOS TRIPLE LUMEN Y FILTRO AIRSEAL**

1. Juego de tubos con filtro de triple lumen.
2. Con control de insuflación abdominal constante "3 en 1".
3. Compatible con sistema de flujo inteligente que evita la pérdida de pneumoperitoneo por fugas o succión.
4. Funcionamiento con modo AirSeal®.
5. Con filtro de Humo ULPA 0.01µ.
6. Eliminación automática del humo durante la cirugía.
7. Recircula el gas filtrado al paciente usado con puerto AirSeal® y compensa las pérdidas instantáneamente.
8. Conector de triple lumen a puerto AirSeal®.
9. Conector compatible con puertos sin válvula de 5mm, 8mm y 12mm.

Requisitos mínimos Lote 1. Art. 2 TROCAR VISUAL AIRSEAL 12X100MM

1. Puerto de acceso de 12 mm.
2. Con obturador óptico sin cuchilla precargado, con botones de anclaje.
3. De perfil bajo.
4. Compatible con funcionamiento con modo AirSeal®.
5. Con conexión a set de tubos tri-lumen AirSeal®.
6. Cánula con doble pared, estriada para mejor fijación y estabilidad.
7. Cánula transparente con marca de guía de posicionamiento.

Requisitos mínimos exp 2022/03340 Suministro de fungible para el sistema de insuflación inteligente Airseal de la OSI Bilbao Basurto.

8. Permite la recirculación del gas filtrado al paciente, compensa las pérdidas instantáneamente y la eliminación automática del humo durante la cirugía.


9. Con tapón del conector de triple lumen.

10. Con tapa silenciador.

II. Presupuesto estimado para 3 años.

Art.	Descripción artículo	Estimación uds. consumo 3 años	Precio unif. licitación (sin IVA)	Presupuesto estimado 3 años (sin IVA)	Presupuesto estimado 3 años (con IVA)
1	EQUIPO TUBOS TRIPLE LUMEN Y FILTRO AIRSEAL	510	180,00 €	91.800,00 €	111.078,00 €
2	TROCAR VISUAL AIRSEAL 12X100MM	390	180,00 €	70.200,00 €	84.942,00 €
TOTAL ESTIMADO 3 años				162.000,00 €	196.020,00 €

En Bilbao, a 23 de diciembre de 2022



Fdo.: Alberto Loizate Totoricagüena
Jefe de Servicio de Cirugía General

JESUS
MIGUEL
UNDA
URZAIZ

Firmado
digitalmente por
JESUS MIGUEL
UNDA URZAIZ
Fecha: 2022.12.23
11:09:40 +01'00'

Fdo.: Jesús Miguel Unda Urzaiz
Jefe de Servicio de Urología