

LOTE 1 FIBRAS LÁSER HOLMIO PARA LITOTRICA Y ENUCLEACIÓN PROSTÁTICA

SUBLOTE

- Fibras de varios tamaños, entre 230 y 600 micras incluyendo fibra de 270 micras con bola en la punta para la protección del ureteroscopio flexible.
 - Longitud de la fibra 3 metros.
 - Energía máxima de entrada entre 1.5J y 6J según el tamaño de la fibra
 - Disponibilidad de un haz guía.
 - Esterilizadas en oxido de etileno
 - Envasadas en paquetes unitarios.
- 1.1 Fibra monuso de 230 micras para el tratamiento endoscópico con láser en las vías urinarias
- 1.2 Fibra monuso de 270 micras para el tratamiento endoscópico con láser en las vías urinarias
- 1.3 Fibra monuso de 270 micras con punta en forma de bola para el tratamiento endoscópico con láser en vías urinarias la cual protegerá el canal de trabajo del endoscopio flexible.
- 1.4 Fibra monuso de 365 micras para el tratamiento endoscópico con láser en vías urinarias
- 1.5 Fibra monuso de 600 micras para el tratamiento endoscópico con láser en vías urinarias y la realización de enucleación prostática.
- 1.6 Fibra monuso de 800 micras para la realización de enucleación prostática.

90	410,00	36.900,00
90	410,00	36.900,00
30	410,00	12.300,00
90	310,00	27.900,00
30	310,00	9.300,00
30	410,00	12.300,00
TOTAL		135.600,00

unidades 3
años
importe/und
total 3 años

El adjudicatario de este lote deberá ceder a la OSI Barakaldo Sestao el siguiente equipamiento:

Un laser Holmio de 50W que permita el tratamiento de la litiasis y realizar enucleación prostática, éste debe cumplir las siguientes características técnicas.

- Longitud de onda de aproximadamente 2,1 micrómetros
- Deberá generar impulsos láser de 200 mJ a 4200 mJ y de 5 a 25 Hz.
- Duración del impulso 100 – 800 microsegundos.
- Área de absorción máxima de luz en tejido de 2 micrómetros.
- Sistema de reconocimiento de la fibra
- Indicador de emisión de láser
- Disponer de múltiples combinaciones entre energía y frecuencia para lograr varios efectos, como pulverización.
- Pantalla táctil que permita seleccionar las configuraciones a color.
- Suministro eléctrico 220 – 240 V, 16A, monofase
- Enchufe para la conexión y funcionamiento del equipo sea compatible con cualquiera de las tomas eléctricas de las diferentes áreas quirúrgicas.
- Mantenimiento del equipo, actualización y mejoras del equipo según estén disponibles en el mercado.



Osakidetza

**BARAKALDO-SESTAKO OSI
OSI BARAKALDO-SESTAO
KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN**

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios basados en Juicios de Valor (SOBRE C)

VALORACIÓN TÉCNICA: 45 puntos

La valoración técnica se realizará sobre la documentación técnica, de acuerdo con las siguientes puntuaciones:

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Según las características técnicas recogidas en los Pliegos Técnicos.	Hasta 45 puntos

Sólo continuarán en el proceso de adjudicación aquellas propuestas que alcancen en esta fase al menos **30 PUNTOS**, límite mínimo establecido como UMBRAL que en caso de no superarse significará la eliminación automática de la oferta.

En este sobre no se deberá incluir ninguna referencia al precio ya que supondría su automática exclusión del procedimiento.

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CEDER UN LASER HOLMIO 50W

Criterios basados en Fórmulas (SOBRE B)

Formulas: 55 puntos

ASPECTOS A VALORAR	PUNTUACIÓN
Precio	Hasta 55 puntos

Precio

La ponderación de este criterio se efectuará según las reglas de la proporcionalidad y, en consecuencia, asignando el máximo de puntos a la oferta más barata y al resto proporcionalmente, con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = 55 \times (\text{Precio licitación más bajo} / \text{Precio de licitación de cada licitador})$$

Los precios ofertados, en ningún caso, podrán superar los precios de licitación indicados en el presente pliego.

 **Osakidetza**
BARAKALDO-SESTAOKO ESI
OSI BARAKALDO-SESTAO
KONTRATAZIOA
CONTRATACIÓN

Documento firmado por: AGURNE
INSUNZA GARCIA
En la fecha 28.12.2021 11:17:16 CET