
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPOS DE COBERTURA QUIRURGICA DE LA OSI DEBABARRENA

EXPDTE N°.: 2020/00338

1. OBJETO DEL SERVICIO

- 1.1 Contratación de Equipos desechables de cobertura quirúrgica para la utilización en los quirófanos de la Organización Sanitaria Integrada DEBABARRENA.
- 1.2 Todos los materiales relacionados en cada uno de los equipos objeto del concurso vendrán incluidos en un mismo paquete.

2. REGLAMENTACION Y NORMA DE REFERENCIA

Todos los productos a suministrar deberán cumplir lo dispuesto por el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios modificada por la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007; así como a las disposiciones que para la aplicación y desarrollo del Real Decreto se dicten por la autoridad competente.

Asimismo, cumplirán los requisitos establecidos en la norma de referencia EN-UNE 13795:2011 + A1:2013 exigibles para materiales de un solo uso, acreditando su cumplimiento mediante certificados por un test de un Laboratorio Externo homologado o cualquier medio de prueba fidedigno adecuado en el que se especifique el nivel de cumplimiento.

Se deberán adecuar a las prescripciones de la Norma ISO 11810 para la inflamabilidad y resistencia a la prestación láser en cobertura utilizada en cirugía láser. Los licitadores en su oferta deberán aportar la documentación necesaria para acreditar el requisito de forma fehaciente mediante cualquier medio de prueba adecuado.

En cuanto al embalaje deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva 93/42 CEE Mercado CE y el R.D. 1591/2009 de 16 de octubre que regula los productos sanitarios.

3. PRESENTACIÓN Y VARIACIÓN DE COMPONENTES

En el momento de ejecutarse el suministro, las empresas adjudicatarias proporcionarán los materiales en paquetes únicos, que contendrán los productos definidos en el lote según los componentes y las cantidades especificadas.

La composición de estos paquetes únicos podrá variar a lo largo de la vida del contrato, tanto en tallas o medidas como en composición, según las necesidades que vayan dándose en los distintos servicios y que se acordarán con la adjudicataria de cada lote.

El precio del paquete se modificará en función del precio unitario de cada componente que incluya tras la variación. La cuantía de la modificación para el presente supuesto se estima en un porcentaje equivalente al 5% de presupuesto de licitación.

4. LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS

El material será entregado en el almacén de la OSI Debabarrena.

Dirección: Polígono ESSER, pabellón NN10. 20850 – Mendaro (Gipuzkoa)

Los equipos deberán entregarse de tal forma que se garantice la integridad y esterilidad de los mismos.

El adjudicatario se compromete a mantener en sus instalaciones un stock de seguridad de dos meses de consumo medio.

El adjudicatario deberá plantear un plan de formación y garantizar la disponibilidad de personal con experiencia contrastada, para la asistencia y formación del personal quirúrgico para la correcta utilización del material.

5. VARIANTES

No se admitirán variantes.

6. MUESTRAS

Las muestras se entregarán y probarán de acuerdo con las indicaciones de los responsables de la OSI Debabarrena.

Las muestras presentadas serán sin cargo alguno para Osakidetza.

7. NORMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS LAS MUESTRAS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON:

- Número de expediente.
- Número de lote y código de artículo.
- Nombre de la empresa ofertante.
- Referencia del artículo para el proveedor.
- Oferta de que se trata.

MODELO DE ETIQUETA DE MUESTRA

Nº de expediente: <<expediente>> Nº Lote: <<lote>> Nombre empresa: <<empresa>> Ref. del proveedor: <<Ref. proveedor>> Oferta de que se trata: <<Oferta>>

8. VIGENCIA Y CUANTIA DEL CONTRATO

La duración del contrato será **de un año** con posibilidad de prorrogar por anualidades hasta un máximo **de 5 años**.

Importe contrato inicial (1 año) IVA excluido	147.019 €
Valor estimado prorroga (4 años) IVA excluido	588.076€
Modificación estimada por el incremento de los equipos necesarios para cubrir las necesidades reales o como consecuencia de la variación de los componentes de los equipos atendiendo a las funcionalidades requeridas (20%)	29.403,80 €
Valor estimado total IVA excluido (contrato inicial+ prórroga+ modificación)	764.498,80 €

9. LOTES, PRECIOS UNITARIOS Y CONSUMOS ESTIMADOS.

La Oferta económica está compuesta por 22 lotes (uno por cada equipo). En la oferta económica los precios serán determinantes (no se puede exceder del licitado).

La valoración correspondiente a los consumos estimados de un año es la siguiente:

Nº Lote	Denominación	Consumo anual estimado	Precio máximo unitario de licitación (IVA excluido)	Presupuesto de licitación anual máximo del equipo (IVA excluido)
1	PACK UNIVERSAL/ C. MAYOR	60	53	3.180
2	PACK UNIVERSAL/ C. MENOR	585	44	25.740
3	PACK VARICES	80	50	4.000
4	PACK CARA Y CUELLO ADENOIDES	60	17	1.020
5	PACK CUELLO CIRUGIA	40	42	1.680
6	PACK CABEZA-CUELLO/ORL	136	39	5.304
7	PACK CADERA	160	77	12.320
8	PACK PTR RODILLA	110	68	7.480
9	PACK MANO	140	33	4.620
10	PACK PIE	230	32	7.360
11	PACK ARTROSCOPIA HOMBRO	50	60	3.000
12	PACK ARTROSCOPIA /RODILLA	240	32	7.680
13	PACK RTU	300	32	9.600
14	PACK URSS	85	32	2.720
15	URO-GINE	210	38	7.980
16	PACK CESAREA	65	64	4.160
17	PACK CIRUGIA LOCAL	430	25	10.750
18	EQUIPO ANESTESIA RAQUIDEA	1625	6	9.750
19	CAMPO DE UROLOGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA (NLP)	5	45	225
20	EQUIPO DE CIERRE	30	20	600
21	EQUIPO CIRUGÍA INTRAVÍTREA	1000	14	14.000
22	PARTOS	350	11	3.850
TOTAL				147.019

El número de unidades previsto es estimativo, se considerará orientativo y en ningún caso vinculante para la administración por estar subordinadas las entregas a las necesidades de la OSI Debabarrena. Cualquier variación al alza o a la baja, según las necesidades reales, no limitará las obligaciones del

contratista ni dará lugar a compensación económica alguna. El número de unidades se fijará a demanda del Centro.

A todos los efectos se entenderá que el precio unitario de licitación estimado como máximo por la administración comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista debe realizar para la ejecución del contrato, y toda clase de tasas, impuestos (excepto IVA) y licencias.

El contrato se adjudicará por los precios unitarios de los bienes o productos objeto de contratación ofertadas por los adjudicatarios.

10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

Las características requeridas en cuanto a medidas y gramaje son estimativas y se admitirá una variación del 20% en relación a las medidas indicadas.

En cuanto al dato del gramaje solo se reseña a título orientativo. Lo que se busca en todos los casos, es que los artículos ofertados cumplan los objetivos de cobertura y protección solicitados en cada uno de los lotes.

1	PACK UNIVERSAL/C.MAYOR	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	2
	Sábana quirúrgica c/adhesivo reforzada / refuerzo absorbente 50 x 20 cm /con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	240 X 175 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	Sábana quirúrgica c/adhesivo/ refuerzo absorbente 50 x 20 cm 75gr/m2/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	175 x 175 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo / refuerzo absorbente 20x 30 cm.75gr/m2	90 x 90 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	2
	FUNDA DE MESA MAYO	80x 145 cm			1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1

	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Bisturí de seguridad Nº15				1
	Bisturí de seguridad nº23				1
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Cinta de velcro (2,5 x 23 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
2	PACK UNIVERSAL C.MENOR	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo	90 x 90 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	2
	Sábana quirúrgica c/adhesivo	240 X 150 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	Sábana quirúrgica c/adhesivo /refuerzo absorbente 20 x 50 cm (75gr/m2) / con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	240 X 150 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril				1

	con cable de 3m (APROX)				
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
3	PACK VARICES	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico,	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	PAÑO QUIR EN "U" (U 10 X 100 CM APROX) con refuerzo en la U DE 60 X 120 CM con dos orificios u otro sistema de sujeción de cables alternativo.	195 x 300 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	SABANA QUIRURGICA ADHESIVA / apertura central de 90 x 45cms / refuerzo central 90 x 40cms.	250 X 150 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí de seguridad Nº15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				2
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	APÓSITO ADHESIVO 9 x 15 cm				1
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	BOTA PROTECCIÓN PIERNA IMPERMEABLE 50 x 40 CM (APROX)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
4	PACK CARA Y CUELLO - ADENOIDES	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad

	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	Paño quirúrgico c/adhesivo	75 X 90 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	CAMPO QUIRURGICO CABEZA TURBANTE /CAPELINA	75 X 100 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Paño quirúrgico adhesivo	150 X 175 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
5	PACK CUELLO CIRUGIA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO EN "U" (U 10 X 100CM APROX) con refuerzo de la U de 60 x 120cm con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo.	190 X300 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO	50 x 50 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO ADHESIVO REFUERZO ZONA ADHESIVO 85 x 50 CM 75gr/m2	150 X 150 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH12/PR40/SC con control de vacío.				1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1

	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
6	PACK CABEZA- CUELLO ORL	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO EN "U" (U 10 X 100CM APROX) / con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo.	190 X300 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70gr/ m2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO	50 x 50 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO ADHESIVO REFUERZO ZONA ADHESIVO 85 x 50 cm .75gr/m2	150 X 150 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 10 CC				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 aguja (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

7	PACK CADERA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	Cubremesa Quirúrgico,	150 x 240 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/ M2	1
	Paño quirúrgico Ortopedia en U (U 110 x 10 aprox. con refuerzo en torno a la U 80 gr/m2)	220 x 300 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	2
	CAMPO QUIRÚRGICO	100 x 150 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Sábana quirúrgica adhesiva	152x 254 cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	2
	Campo Cadera en U (110x 10 cm) reforzado (100 X 75cm 75 gr/ m2.) con 2 bolsas laterales integradas o en su defecto sueltas / con 2 orificios para cables o sistema de sujeción alternativo.	225x320 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Agujas magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Stockinette ajustable impermeable grande 25x 120 cm				1
	Cinta de velcro (2,5 x 23 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2				1

	compartimentos				
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	HOJA BISTURI Nº 23				5
	Cinta adhesiva 10x50 cm				1
8	PACK PTR RODILLA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 240 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/M2	1
	CAMPO QUIRÚRGICO	100 x 150 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Paño quirúrgico ortopedia en U (10X85 cm) con refuerzo en torno a la U 80gr/m2	220 X 300 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	2
	Campo Traumatología-Ortopedia Extremidades / refuerzo central 100x150cm. 70gr/m2 /membrana elástica central 25 x 25 cm/ ventana circular 10 cm diámetro /con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables alternativo	220 x 320 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	70gr/m2	1
	Stockinette ajustable impermeable 20x 80 cm				1
	Bolsa instrumental 35x35cm. con 2 compartimentos				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Cánulas de aspiración Yankauer				1

	CH22/PR20/SC con control de vacío.				
	HOJA BISTURI Nº 23				5
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 aguja (APROX)				1
	Cinta de velcro (2,5 x 23 cm) o adhesiva(10 x50 cm)				2
9	PACK MANO	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	CAMPO QUIRÚRGICO	75 X 100 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Campo Traumatología-Ortopedia Mano en T /refuerzo central 100 x 35 cm. 75gr/m2 /membrana elástica 25 x 25cm/ fenestra 3 cm diámetro.	290 X 370 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Contador de Aguja magnético 10/20 aguja (APROX)				1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1

10	PACK PIE	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	Funda mesa Mayo con refuerzo central 60 x 100 cm 80 gr/m2	75 X 150cm		55 gr/m2	1
	CAMPO QUIRÚRGICO	100 x 150cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Campo Traumatología/Ortopedia Extremidades apertura desplazada /refuerzo central 90 x 200 cm 75 gr/m2/ membrana elástica 25 x 25cm / fenestra 3 cm diámetro	220 X325cm	TRICAPA(1 capa absorbente + 1 capa impermeable + 1 capa de confort) EFECTO SIMILAR	70 gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Bisturí de seguridad Nº15				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
11	PACK ARTROSCOPIA HOMBRO	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	Campo Traumatología/Ortopedia Artroscopia Hombro/con bolsa colectora de líquidos/ campo incisión abierto 20 x 30 cm	200 x 215cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	PAÑO QUIRÚRGICO EN "U" (U 85 X 10 cm)	220 x260cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Funda mesa Mayo / refuerzo central 60 x 100cm. 80 gr/m2	75 X 150cm		55 gr/m2	1

	CAMPO QUIRÚRGICO	100 X 150cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	2
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				2
	Stockinette ajustable impermeable grande 20x 80 cm				1
	Cinta de velcro (2,5 x 14 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Bisturí de seguridad nº 11				1
	Marcador cutáneo quirúrgico con regla (ROTULADOR DERMOGRAFICO C/ REGLA) para clorexidina alcohólica				1
	Kit adhesivo para tracción cutánea (VENDA TRACCION ADULTO)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "X L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Cinta adhesiva 10 x 50 cm				2
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
12	PACK ARTROSCOPIA RODILLA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	Campo Traumatología/Ortopedia Artroscopia Rodilla/ c/bolsa colectora líquidos/refuerzo 95 x 75cm . 75 gr/m2 / fenestra 6 cm/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables	220 x 320cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5				1

	MM/ L 3m				
	Stockinette ajustable impermeable 20x 80 cm				1
	Equipo de Irrigación 2 vías (EQ 2TOMAS)				1
	Bisturí de seguridad nº 11				1
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Aguja hipodérmica 21G x 50mm (2") verde oscuro de seguridad				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
13	PACK RTU	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	CAMPO QUIRURGICO CON PERNERAS, / con 2 orificios para cables o sistema de sujeción para cables.	150 X 220cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm. telescópico)				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bolsa URO recogida fluidos	60 x 85 x40cm			1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Equipo suero lavador 1 línea				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 20 CC				1

14	PACK U.R.S.S	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	CAMPO QUIRURGICO CON PERNERAS, con 2 orificios para cables o sistema de sujeción para cables alternativa	150 X 220cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Bolsa URO recogida fluidos	60 x 85 x40cm			1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240CM (Protector de videocámara 13x235cm telescópico)				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Protector intensificador 100x50cm Circular (FUNDA INTENSIFICADOR DE IMAGEN CIRCULAR 50CM)				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 20 CC				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 10 CC				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) " XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
15	PACK URO-GINE	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubre mesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	Campo Ginecología/ bolsa colectora 65 x 75cm/ ventana rectangular central adhesiva y tapa 15x 20cm/ perneras integradas/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables.	310x260x300 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades

	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Cinta de velcro(2,5 x 23 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Bisturí de seguridad Nº 23				1
	Bata quirúrgica reforzada (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
	Bata quirúrgica reforzada (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
16	PACK CESÁREA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80 gr/m2	1
	Campo Cesárea /zona reforzada absorbente 50 x40cm. 75 gr/ m2/ campo incisión 40 x 35cm/ fenestra triangular 18 x 18 x 18 cm/ bolsa colectora completa 360º/con dos orificios para cables o sistema de sujeción de cables	260x200x305 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Paño empapador/ c/adhesivo (2,5 x 44 cm)	48 x 40cm	tejido absorbente/rayón/viscosa O EFECTO SIMILAR	60 gr/m2	1
	Paño bebé	98 X 80 cm	tejido sin tejer/viscosa/poliéster O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Bisturí de seguridad Nº 23				2
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Cánulas de aspiración Yankauer CH22/PR20/SC con control de vacío.				1
	Compresa abdominal estéril con				20 unidades

	CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				20 unidades
	Grapadora piel rectangular 35 grapas. Fijar ancho de grapa W				1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m (APROX)				1
	Raspador de bisturí eléctrico				1
	Bata quirúrgica estándar. (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica estándar. (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
17	PACK CIRUGIA LOCAL	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80gr/m2	1
	PAÑO FENESTRADO fenestra 15 cm diámetro	210 x 240cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Bisturí de seguridad Nº 15				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m APROX				1
	Contador de Aguja magnético 10/20 agujas (APROX)				1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "L" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			35gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			35gr/m2	1
18	EQUIPO ANESTESIA RAQUIDEA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesas	75 x 70cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55gr/m2	1
	Paño adhesivo	75 x 75cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Toalla seca manos				2

	Aguja hipodérmica 20G de seguridad	0,9mm x 25mm			1
	Jeringa 2 cuerpos de 5ml				1
	Apósito curas auto adherente estéril TNT	7,5 x 5 cm			1
	Gasa estéril verde/sin CRX/17hilos/20x40cm/plegada a 10x10cm.				5 unidades
19	CAMPO DE UROLOGIA DE NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA (NLP)	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80GR/ M2	2
	Bolsa URO recogida fluidos	60X85X40cm			2
	Campo quirúrgico superior	150x 150cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	CAMPO QUIRURGICO LATERAL CON FILM Adhesivo transparente	100 x 150cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	CAMPO QUIRURGICO INFERIOR CON PERNERAS	70X 265cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Protector intensificador 100x50cm Circular (FUNDA INTENSIFICADOR DE IMAGEN CIRCULAR 50cm)	50 X 100cm			1
	FUNDA CAM ARTROSCOPIO 17,5X240cm (Protector de videocámara 13x235cm./telescopico)				2
	Tubo de aspiración DIÁMETRO 6X8,5 MM/ L 3m				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
	Cinta de velcro (2,5 x 14 cm) o adhesiva (10 x50 cm)				2
	Cazoleta pequeña 60ml				1
	Cazoleta grande 250 ml				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 20 cc cono LUER				1
	Jeringa de 2 cuerpos de 10 cc cono LUER				1

	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "M" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	1
	Bata quirúrgica Estándar (SMS) "XL" + 2 toallas celulosa 30x 34 cm			43gr/m2	2
20	EQUIPO DE CIERRE	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Cubremesa Quirúrgico	150 x 200cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80gr/m2	1
	PAÑO QUIR FENESTRADO C/ ADH / FENESTRA CENTRAL ovalada de 20 cm de largo y 15 cm de ancho	75X75cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Bisturí eléctrico desechable estéril con cable de 3m APROX				1
	Compresa abdominal estéril con CRX/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20 cm.				5 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril con CRX/17 hilos/25x40cm plegada a 10x10 cm.				10 unidades
21	EQUIPO CIRUGIA INTRAVÍTREA	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Batea graduada	60ml			1
	Bola algodón absorbente/ TORUNDA	4,5 cm			3
	Campo quirúrgico con apertura oval adhesiva 4 x 6,5 cm. (aprox.)	39 x 39cm	tejido sin tejer o efecto similar	55 gr/m2	1
	Blefaróstato de asas abiertas 40 x 30 mm (aprox). Asas 14 mm (aprox)				1
	Cubremesas doble capa	60 x 60 cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR		1
	Aplicador con punta de celulosa (hemosteta)	7 cm			5
	Medidor IVT	3.5 mm/4.0 mm			1

22	EQUIPO PARTOS	Medidas aprox.	Tipo Tejido	Gramaje	Cantidad
	Campo Quirúrgico	100 X 150cm	2 CAPAS ABSORBENTES E IMPERMEABLES O EFECTO SIMILAR	80gr/m2	1
	Toalla quirúrgica seca manos celulosa	60 x 40 cm			1
	Paño bebé	98 X 80 cm	Tejido sin tejer/viscosa/poliéster O EFECTO SIMILAR	55 gr/m2	1
	Paño bajo nalgas c/bolsa	85 X 108 cm			1
	Compresa abdominal estéril/ sin CRX/2T/17 hilos/45x45cm plegada a 10x20cm.				10 unidades
	Gasa Quirúrgica estéril TNT/4 capas/20x20cm plegada a 10x10 cm.				5 unidades

11.CRITERIOS DE VALORACIÓN:

11.1 CRITERIOS BASADOS EN FÓRMULAS: 50 PUNTOS

PRECIO: 50 PUNTOS

Menor precio ofertado: 50 puntos.

Restos ofertas:

Fórmula: $(B/C) * A$

A	Puntos máximos
B	Oferta más económica
C	Oferta de la empresa a valorar
D	Precio de licitación

Si C = Precio de licitación, se le asigna 0 puntos.

La puntuación se redondeará a dos decimales

11.2. CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR

PUNTUACION MAXIMA 50 PUNTOS. UMBRAL MINIMO 25 PUNTOS.

Para la elección de los criterios de valoración y su ponderación se han tenido en consideración los aspectos más significativos recogidos en el presente documento, a fin de garantizar que las ofertas de los licitadores se ajusten a lo exigido para los productos objeto de este expediente.

La valoración motivada de los aspectos a valorar se realizará en base a la documentación y muestras aportadas por los licitadores de acuerdo con las indicaciones de los responsables de la OSI Debarrena.

Cada Lote/Equipo se valorará de forma independiente, teniendo en cuenta las características propias del producto. Las ofertas presentadas deberán cumplir los requisitos mínimos obligatorios especificados en el punto "10. CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPOSICION DE LOS EQUIPOS" y la reglamentación y normas descritas en el punto 2. "REGLAMENTACION Y NORMA DE REFERENCIA" del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Su incumplimiento acarreará la exclusión de la oferta y por lo tanto no será objeto de valoración de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos.

Se valorará/n con carácter previo el/los criterios de adjudicación de los que se haya establecido un umbral mínimo de puntuación. Las ofertas deberán alcanzar ese umbral para continuar en el proceso selectivo y ser valorados conforme al resto de los criterios de adjudicación.

ASPECTOS A VALORAR Y PONDERACION POR LOTE

Lote nº 1, 2,3,5,7 y 16

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos

Tamaño del envase: hasta 2 puntos

Fungible: 5 puntos

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal): hasta 1 punto

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1 punto

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto.

Bisturí de seguridad. (Fácil manejo): hasta 1 punto

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 4

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos

Grado de absorción: hasta 5 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos

Turbante capelina: (facilidad de colocación, fijación y grado de suavidad al tacto): hasta 5 puntos

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 6

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos

Capacidad adherencia paños adhesivos: hasta 5 puntos

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal): hasta 1 punto

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 1 punto

Contador magnético de agujas (adherencia de las agujas): hasta 1 punto

Raspador bisturí (uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto

Bisturí de seguridad (fácil manejo): hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 8

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos

Stockinette: (adaptabilidad e impermeabilidad): hasta 5 puntos

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos

Grado de absorción: hasta 4 puntos

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos

Tamaño del envase: hasta 3 puntos

Fungible: 5 puntos.

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal): hasta 1 punto

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1 punto

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención): hasta 1 punto.

Bisturí de seguridad. (Fácil manejo): hasta 1 punto

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto

Sensación térmica: hasta 1 punto

Resistencia: hasta 1 punto

Lote nº 9 y 10

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 3 puntos.

Grado de absorción: hasta 4 puntos.

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos.

Membrana elástica: hasta 1 punto.

Emisión de Pelusa: hasta 3 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Contador magnético de agujas (adherencia y adecuación del tamaño): hasta 2 puntos.

Bisturí de seguridad. (fácil manejo) hasta 2 puntos.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 11 y 12

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 2 puntos.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada) hasta 1 punto.

Stockinette. (Sencilla colocación): hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 13

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Funda cámara artroscopia (fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 2 puntos.

Equipo suero lavador: (flexibilidad y facilidad de manejo y purgado): hasta 2 puntos.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 14 y 19

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Funda cámara artroscopia (Fácil manejo y sencilla de colocar): hasta 2 puntos.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto.

Protector intensificador de imágenes (Fácil de colocar, cubre bien la escopia): hasta 1 punto

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 15

Apertura del envase: hasta 3 puntos

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 4 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 4 puntos.

Bolsa colectora de líquidos: (facilidad en la colocación y capacidad de recogida de líquido): hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños adhesivos: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 4 puntos.

Superficie reforzada en paños: hasta 3 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 5 puntos.

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal: hasta 1 punto.

Goma de aspiración (flexibilidad adecuada): hasta 1 punto.

Cánula aspiración Yankauer: (Buen control de aspiración): hasta 1 punto.

Raspador Bisturí. (Uso eficaz durante toda la intervención: hasta 1 punto.

Bisturí de seguridad. (Fácil manejo): hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto.

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 17

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal: hasta 1 punto

Contador magnético de agujas: (adherencia y adecuación del tamaño): hasta 2 puntos

Bisturí de seguridad: (fácil manejo) hasta 1 punto.

Batas: 4 puntos.

Ajuste en cuello y mangas: hasta 1 punto

Impermeabilidad: hasta 1 punto.

Sensación térmica: hasta 1 punto.

Resistencia: hasta 1 punto.

Lote nº 18

Apertura del envase: hasta 3 puntos.

Plegado: hasta 3 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad de adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 5 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 4 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 3 puntos.

Fungible: 8 puntos.

Toalla seca manos: hasta 3 puntos.

Apósito: (adherencia y facilidad de colocación): hasta 3 puntos.

Jeringa y aguja: (grado de adecuación): Hasta 2 puntos.

Lote nº 20

Apertura del envase: hasta 4 puntos.

Plegado: hasta 4 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 4 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 5 puntos.

Grado de absorción: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 5 puntos.

Tamaño del envase: hasta 4 puntos.

Fungible: 4 puntos.

Bisturí eléctrico desechable (Correcto funcionamiento desde el principio hasta el final de la intervención, incluso en campo húmedo, rápido y fácil cambio de terminal): hasta 4 puntos.

Lote nº 21

Apertura del envase: hasta 4 puntos.

Plegado: hasta 5 puntos.

Resistencia uso seco: hasta 5 puntos.

Capacidad adherencia de paños adhesivos: hasta 5 puntos.

Capacidad hipo alérgica de paños: hasta 5 puntos.

Emisión de Pelusa: hasta 4 puntos.

Tamaño del envase: hasta 4 puntos.

Fungible: 18 puntos.

Blefarostato: (adaptabilidad al párpado): Hasta 4 puntos.

Medidor IVT (precisión de marcaje): Hasta 3 puntos.

Batea/Recipiente (tamaño adecuado para la torunda): hasta 2 puntos.

Isopo: (adecuación del tamaño y grado de absorción): hasta 3 puntos.

Torunda de algodón:(capacidad de absorción y tamaño): hasta 6 puntos.

Lote nº 22

Apertura del envase: hasta 8 puntos.

Plegado: hasta 6 puntos.

Adaptabilidad: hasta 6 puntos.

Resistencia uso húmedo: hasta 8 puntos.

Grado de impermeabilidad: hasta 8 puntos.

Grado de absorción: hasta 8 puntos.

Emisión de Pelusa paño RN: hasta 6 puntos.

12. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LOS SOBRES

12.1 EN EL SOBRE B (CRITERIOS BASADOS EN FÓRMULAS) CRITERIO PRECIO

Se deberá cumplimentar el Anexo III.1 de Pliego y el Cuadro de Ofertas Económicas que podrán descargarse del perfil del contratante junto con el resto de documentación administrativa del expediente. Deberán estar firmados por el representante legal de la empresa.

En el cuadro de ofertas Económicas se deberá expresar tanto el precio de lote/equipo unitario como el de cada uno de los componentes que lo forman, siendo la suma de los precios unitarios de los componentes igual al del precio unitario del equipo.

Los precios unitarios deberán expresarse con un máximo de 4 decimales. De no ser así, se procederá a su redondeo.”

12.2 EN EL SOBRE C (CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR)

Es recomendable que la documentación que se presente esté adecuadamente ordenada y acompañada de un índice temático al objeto de facilitar la revisión de las propuestas y agilizar el proceso de valoración de las mismas.

En el Sobre C, los licitadores incluirán documentación acreditativa de los siguientes extremos:

- Toda aquella documentación que se considere necesaria para acreditar el cumplimiento de todas y cada una de las características técnicas mínimas de los productos a suministrar detalladas en el punto “10.- CARACTERISTICAS

TECNICAS Y COMPOSICION DE LOS EQUIPOS" del Pliego de prescripciones técnicas.

- Toda la documentación acreditativa a los aspectos correspondientes a la calidad técnica a valorar de los artículos ofertados de conformidad con lo dispuesto en el punto "11.2. CRITERIOS BASADOS EN JUICIOS DE VALOR" del presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la emisión del pertinente informe de evaluación técnico.
- Cumplimiento del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. Además de la documentación administrativa exigida en este Pliego, deberá incluir la declaración CE de Conformidad que le corresponda, de acuerdo a la clase de producto sanitario de que se trate que acredite el cumplimiento de los requisitos esenciales de los productos establecidos en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, en castellano o traducción jurada emitida por un traductor acreditado. Pueden aportarse copias de estos documentos o bien una Declaración Jurada o Certificación de la persona que suministra el producto del cumplimiento de los requisitos esenciales basada en la citada Declaración de Conformidad, todo ello en castellano o bien acompañado de traducción, esta última firmada por el responsable de la empresa.
- Documentación acreditativa de la adecuación de las prescripciones de la NORMA ISO 11810 para la inflamabilidad y resistencia a la prestación láser en cobertura utilizada en cirugía láser. Los licitadores en su oferta deberán aportar la documentación necesaria para acreditar el requisito de forma fehaciente mediante cualquier medio de prueba adecuado.
- Soporte documental que acredite por lo que respecta al embalaje el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 93/42 CEE Mercado CE y el R.D. 1591/2009 de 16 de octubre que regula los productos sanitarios.
- Nombre comercial y referencias de cada uno de los productos objeto de licitación. Para ello deberán cumplimentar el Cuadro de Ofertas Técnicas, que podrá descargarse del perfil del contratante junto con el resto de documentación administrativa del expediente.

Deberá estar firmado por el representante legal de la empresa.

- Certificados de laboratorios externos homologados que acrediten el grado de cumplimiento de la normativa europea EN-UNE 13795:2011 + A1:2013, o documentación que supletoriamente acredite de forma adecuada lo requerido.
- Ficha descriptiva con indicación de las características técnicas, composición, diseño, estructura y elementos constituyentes de cada uno de los lotes ofertados.
- Catálogos y folletos en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma, o en su defecto con traducción del contenido.
- Formación continuada.
- Información relativa a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre).

Se podrá, asimismo, incorporar otra documentación sobre características no requeridas, con objeto de cumplimentar un mejor conocimiento de la oferta presentada. Estas deberán ser recogidas en un capítulo aparte consignando como "otra documentación incorporada".

Toda la documentación incluida en el "Sobre C (Criterios basados en Juicios de Valor)", deberá proporcionarse en soporte informático, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de página o nombres de los ficheros.

13. PENALIDADES

Por incumplimiento de los plazos de entrega de las prestaciones definidas en el contrato se podrá imponer como penalidades el 10% del importe económico de cada pedido solicitado y no entregado en los plazos establecidos.

La demora en el cumplimiento del plazo total, podrá originar las penalidades previstas en el art. 193.3 de la LCSP.

Adicionalmente, si tuviera que realizarse una compra de los bienes dejados de suministrar, o en su caso, de los bienes defectuosos a otro proveedor, serán por cuenta del contratista todos los gastos que ello ocasione, entendiéndose por gasto la diferencia existente entre el precio adjudicado y el precio del proveedor alternativo.

Estos gastos y las penalidades impuestas, se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que en concepto de pago parcial deban abonarse al contratista.

14. FACULTAD DE INSPECCIÓN

El órgano de contratación, directamente o a través de la entidad que considere más idónea por su especialización, tiene la facultad de inspeccionar y de ser informado del proceso de fabricación o elaboración del producto objeto del contrato, pudiendo ordenar análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, así como establecer sistemas de control de calidad, dictando cuantas disposiciones estime oportunas para el cumplimiento de lo convenido.

El contratista está obligado a asumir los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de fabricación y/o distribución, si procede, y de los materiales, personal, transporte, entrega, gastos de instalación y formación del personal propio de los Centros que determinen el órgano de contratación.

15. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Además de por las causas recogidas en el LCSP 9/2017, se podrá instar la resolución del contrato cuando se den dos o más infracciones que signifiquen incumplimientos de gravedad del RD1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios o legislación asimilada.

En caso de resolución de contrato por esta causa, se ofrecerá la formalización de contrato al siguiente licitador por orden de puntuación, siempre que su producto no sea la misma referencia que la que suministraba el adjudicatario.

Por otra parte, el Hospital podrá instar la resolución del contrato cuando, al margen de la valoración técnica que en su momento se hizo del producto, se compruebe en la práctica

que es inadecuado para las técnicas que sean de uso en el Hospital de Mendaro, porque ofrece resultados indeseados u ocasiona problemas de cualquier índole que haga que los Servicios implicados desaconsejen su utilización, mediante un informe razonado en que se aclaren los motivos del rechazo, oída la empresa afectada.

En caso de que la empresa suministradora no pueda ofrecer otro producto sustitutivo e idóneo y una vez que la resolución sea firme, se procederá a ofrecer en adjudicación el lote en cuestión a la empresa que por orden de puntuación en la adjudicación seguía a la adjudicataria, siempre que el producto ofrecido no sea similar en sus características al que se ha rechazado, en cuyo caso se pasaría a la siguiente.

Mendaron, 2020ko martxoaren 11an/

En Mendaro a 11 de marzo de 2020

Kirurgia-blokeko gainbegiralea/

Supervisora Bloque quirúrgico

Iz/Fdo.: Aintzane LARRAÑAGA EPELDE

Documento firmado por: AINTZANE LARRAÑAGA
EPELDE
En la fecha 2020.03.12 13:05:54 CET